

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «13» марта 2023 г. № 520

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Манометры технические тракторные	МТТ	88478-23	ОАО "Минский часовой завод", Республика Беларусь	СТБ 8056-2015	1 год	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.1 к приказу	ОАО "Минский часовой завод", Республика Беларусь	12.10.2027
2.	Манометры показывающие	МТП-М	88479-23	ОАО "Минский часовой завод", Республика Беларусь	СТБ 8056-2015	1 год	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.2 к приказу	ОАО "Минский часовой завод", Республика Беларусь	31.05.2027
3.	Датчики давления	ИД для поставки на экспорт	88480-23	Общество с ограниченной ответственностью "Поинт" (ООО "Поинт"), Республика Беларусь	МРБ МП.2477-2015 с изменением "З"	3 года; для датчиков с основной приведен ной погрешно стью ±0,05 - 2 года; для датчиков с основной приведен	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.3 к приказу	Общество с ограниченной ответственностью "Поинт" (ООО "Поинт"), Республика Беларусь	16.05.2027

						ной погрешно стью $\pm 0,025$ - 1 год				
4.	Трансформаторы тока	T-0,66УЗ	88481-23	Открытое акционерное общество "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИ ЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА" (ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА"), Республика Беларусь	ГОСТ 8.217-2003	4 года	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.4 к приказу	Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" (РУП "БелГИМ"), Республика Беларусь	24.12.2025