

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 12 » _____ июля 2023 г. № 1452

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Преобразователи измерительные	ПИ-001	72906-23	Общество с ограниченной ответственностью "Поинт" (ООО "Поинт"), Республика Беларусь	МП.ВТ.116-2005	2 года	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.1 к приказу	Общество с ограниченной ответственностью "Поинт" (ООО "Поинт"), Республика Беларусь	26.12.2027
2.	Вольтметры универсальные	В7-82	89499-23	Открытое акционерное общество "МНИПИ" (ОАО "МНИПИ"), Республика Беларусь	МРБ МП.1543-2006 в редакции с изменением № 1	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.2 к приказу	Открытое акционерное общество "МНИПИ" (ОАО "МНИПИ"), Республика Беларусь	19.12.2027
3.	Газоанализаторы	SOLER 800 Gas Analyzer	89500-23	ТОО "Проманалит", Республика Казахстан	первичная поверка по: СТ РК 2.349-2015 "ТСИ РК. Газоанализаторы. Методика поверки"; периодическая поверка по: "Газоанализаторы SOLER 800 Gas Analyzer, производства	1 год	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.3 к приказу	ТОО "Гринпром- ПВ", Республика Казахстан	21.12.2027

					ТОО "Проманалит", Казахстан. Методика поверки для Российской Федерации"					
4.	Весы электронные платформенные	ВЭП	89501-23	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроВес" (ООО "ЕвроВес"), Республика Беларусь	ГОСТ OIML R 76-1- 2011	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.4 к приказу	Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии" (БелГИМ), Республика Беларусь	13.04.2027