

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от " 09 " августа 2023 г. № 1613

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Преобразователи измерительные переменного тока и напряжения переменного тока	Е 9527ЭС	89756-23	ООО "Энерго- Союз", Республика Беларусь	МП.ВТ.066-2003 с изменением "4"	1 год	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.1 к приказу	ООО "Энерго-Союз", Республика Беларусь	28.04.2028
2.	Датчики осадков	"Пеленг СФ- 11"	89757-23	Открытое акционерное общество "Пеленг" (ОАО "Пеленг"), Республика Беларусь	МРБ МП.1732-2007 в редакции с изменением №3	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.2 к приказу	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь	18.07.2027
3.	Измерители- сигнализаторы поисковые микропроцессорны е	ИСП- PM1401M	89758-23	ООО "Радметрон", Республика Беларусь	МРБ МП.3552-2023	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.3 к приказу	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь	31.03.2028
4.	Дозиметры индивидуальные	ДКГ-АТ2503	89759-23	УП "АТОМТЕХ", Республика Беларусь	МРБ МП.3551-2023	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Метрологии", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.4 к приказу	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь	31.03.2028
5.	Модули автоматического контроля оптических волокон	МАК 100	89760-23	ЗАО "Институт информационных технологий", Республика Беларусь	МРБ МП.2267-2012 в редакции с изменением № 3	1 год	ФГБУ "ВНИИОФИ", г. Москва	Согласно приложению № 1.5 к приказу	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь	14.02.2028