

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 28 » _____ ноября 2023 г. № 2523

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части срока действия утвержденного типа средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер	Правообладатель	Изготовитель	Срок действия утвержденного типа СИ (продленный на 5 лет с даты окончания предыдущего установленного срока действия)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Преобразователи измерительные частоты переменного тока	E858A, E858B, E858C	18536-09	-	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Алекто-Электроникс" (ООО "Фирма "Алекто- Электроникс"), г. Омск	08.02.2029

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «28» ноября 2023 г. № 2523

Регистрационный № 18536-09

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

Преобразователи измерительные частоты переменного тока E858A, E858B, E858C

Назначение средства измерений

Преобразователи измерительные частоты переменного тока E858A, E858B, E858C предназначены для линейного преобразования частоты переменного тока в унифицированные выходные сигналы постоянного тока.

Описание средства измерений

Преобразователи измерительные частоты переменного тока E858A, E858B, E858C (далее - преобразователи) применяются в системах автоматического регулирования и управления объектов электроэнергетики.

Преобразователи относятся к устройствам с цифровой обработкой сигналов, выполнены на базе микроконтроллера. Работа преобразователей основана на измерении периода входного напряжения с последующим преобразованием в результат, пропорциональный частоте. Информацию несет среднее значение выходного сигнала.

Входная и выходная цепи гальванически развязаны.

Преобразователи обеспечивают работу в любом из шести диапазонов измерения частоты. Выбор диапазона измерения осуществляется установкой внешних перемычек или дистанционно.

Преобразователь изготавливают следующих вариантов:

- 1 - с номинальным напряжением измеряемой цепи 100 В;
- 2 - с номинальным напряжением измеряемой цепи 220 В.

Преобразователи выполнены как щитовые приборы и могут устанавливаться в закрытых измерительных стойках или щитах управления на рейку монтажную ТН-35-7,5 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 или непосредственно на панель.

Фотография общего вида преобразователя с указанием места пломбировки приведена на рисунке 1.



Место пломбировки

Рисунок 1 - Фотография общего вида

Программное обеспечение

Идентификационные данные метрологически значимого программного обеспечения (ПО) приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные метрологически значимого ПО

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Модуль программный FT	7	1.3	0x9C03	CRC16

Примечание – При эксплуатации преобразователя контрольная сумма программного кода по алгоритму CRC16 проверяется автоматически.

Метрологически значимое встроенное ПО, к которому относится программный модуль, хранится в ПЗУ микроконтроллера преобразователя и защищено от записи и считывания, оно может быть установлено и проверено только изготовителем с использованием специальных программно-аппаратных средств.

Внешний интерфейс связи отсутствует.

Доступ к технологическому разъему, находящемуся внутри корпуса преобразователя, с целью преднамеренного изменения ПО невозможен без нарушения пломбы и вскрытия корпуса преобразователя.

Метрологические характеристики преобразователей нормированы с учётом влияния на них ПО.

Уровень защиты встроенного программного обеспечения соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тип, вариант	Номинальное напряжение измеряемой цепи, В	Диапазон измерения частоты, Гц	Диапазон изменения выходного тока, мА	Диапазон изменения сопротивления нагрузки, Ом
E858A1	100	49 – 51	0 – 5	0 – 3000
E858A2	220	48 – 52		
E858B1	100	45 – 55	4 – 20	0 – 500
E858B2	220	59 – 61		
E858C1	100	58 – 62	0 – 20	0 – 500
E858C2	220	55 - 65		

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности $\pm 0,02 \%$

За нормирующее значение принимается конечное значение диапазона измерения частоты входного сигнала.

Пределы допускаемых значений дополнительных погрешностей, вызванных воздействием влияющих величин, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование и размерность влияющей величины	Значение влияющей величины	Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности, % нормирующего значения
Температура окружающего воздуха, °C	От минус 40 до 60	$\pm 0,02$ на каждые 10 °C
Относительная влажность воздуха, % - при температуре 20 °C - при температуре 35 °C	95 95	$\pm 0,02$ $\pm 0,04$
Внешнее переменное магнитное поле частоты от 45 до 65 Гц напряженностью, А/м	400	$\pm 0,04$

Продолжение таблицы 3

Наименование и размерность влияющей величины	Значение влияющей величины	Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности, % нормирующего значения
Напряжение входного сигнала, В E858A1, E858B1, E858C1	85 - 115	$\pm 0,01$
E858A2, E858B2, E858C2	187 - 253	$\pm 0,01$

Амплитуда пульсаций выходного сигнала, %, не более 0,2

Время установления выходного сигнала, с, не более 0,5

Мощность, потребляемая преобразователем, В·А, не более 2

Габаритные размеры, мм 70x80x77

Масса, кг, не более 0,5

Средняя наработка на отказ, ч 50000

Средний срок службы, лет 10

Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96

Требования безопасности по ГОСТ 12.2.091-2012. Категория измерений III. Степень загрязнения 2. Тип изоляции – основная.

Требования помехоустойчивости по нормам для оборудования, предназначенного для применения в промышленных зонах, в соответствии с ГОСТ Р 51522.1-2011.

Требования по ограничению эмиссии электромагнитных помех по нормам для оборудования класса А группы 1 ГОСТ Р 51318.11-2006.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом на крышке преобразователя и в левом верхнем углу паспорта преобразователя.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят: преобразователь (1 шт.), паспорт (1 экз.), руководство по эксплуатации (1 экз.), упаковка индивидуальная (1 шт.), фиксатор (1 шт.).

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п.2.3 документа 49501860.3.006РЭ «Преобразователь измерительный частоты переменного тока E858. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ Р 52931-2008. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

ГОСТ 24855-81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия;

ТУ 4227-010-4951860-2004. Преобразователи измерительные частоты переменного тока E858A, E858B, E858C. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Алекто-Электроникс»
(ООО «Фирма «Алекто-Электроникс»)
Юридический адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, пр-кт К. Маркса, д. 41
Почтовый адрес: 644046, г. Омск, а/я 5736
тел. (3812) 30-36-75, ф. (3812) 30-37-65
E-mail: market@alektogroup.com; <http://alekto.ru>

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
тел.: +7 (495) 437-55-77, т./факс +7 (495) 430-57-25
E-mail: office@vniims.ru, 201-vm@vniims.ru
<http://www.vniims.ru>
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.