

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 07 » _____ декабря 2023 г. № 2633

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Спектрометры	МКС- АТ1120М	90680-23	УП "АТОМТЕХ", Республика Беларусь	МРБ МП.3598-2023	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.1 к приказу	РУП БелГим, Республика Беларусь	13.06.2028
2.	Гамма-радиометры	РКГ-АТ1320	74706-23	УП "АТОМТЕХ", Республика Беларусь	МРБ МП.3690-2023	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.2 к приказу	РУП БелГим, Республика Беларусь	30.08.2028
3.	Установки радиационного контроля	УРК- РМ5000КМ	90681-23	ООО "Радметрон", Республика Беларусь	МРБ МП.3622-2023	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.3 к приказу	РУП БелГим, Республика Беларусь	13.06.2028