



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

28 декабря 2023 г.

№ 2819

Москва

О внесении изменения в пункт 2 приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2356

В соответствии с пунктом 6 главы II Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», требованиями к содержанию и построению государственных поверочных схем и локальных поверочных схем, в том числе к их разработке, утверждению и изменению, утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 11 февраля 2020 г. № 456, п р и к а з ы в а ю:

Внести в пункт 2 приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости» изменение, дополнив абзацами следующего содержания:

«установки поверочные и мерники металлические, которые являются средствами измерений утвержденного типа с установленными пределами допускаемой относительной погрешности, применяются в качестве вторичных и рабочих эталонов в соответствии с ГПС без необходимости нормирования доверительных границ суммарной погрешности, за исключением установок поверочных из части 1 ГПС, передача единиц величин которым осуществляется методом косвенных измерений;

при проведении испытаний в целях утверждения типа установок поверочных и мерников металлических, а также при внесении изменений в сведения об утвержденных типах установок поверочных и мерников

металлических необходимо нормировать метрологические характеристики (доверительные границы суммарной погрешности) в соответствии с ГПС».

Заместитель Руководителя

Е.Р.Лазаренко

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024