

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от « 18 » января 2024 г. № 129

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Счетчики газа объемные диафрагменные с электронным корректором	G2.5÷G160 ETC	91095-24	Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕГА" (ООО "ЗЕГА"), Республика Армения	МП 7738.18	4 года	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.1 к приказу	ЗАО "Национальный орган по стандартизации и метрологии", Республика Армения	05.04.2028
2.	Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-PM1611	91096-24	Общество с ограниченной ответственностью "Радметрон" (ООО "Радметрон"), Республика Беларусь	МРБ МП.3621-2023	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.2 к приказу	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь	13.06.2028
3.	Устройства измерения площади сечения	УИПС	91097-24	ООО "ПассатИнновации", Республика Беларусь	МРБ МП.3632-2023	1 год	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.3 к приказу	РУП "Слуцкий ЦСМС", Республика Беларусь	29.06.2028
4.	Преобразователи измерительные многофункциональ ные	ИСТОК-ТМ	91098-24	ООО "НПЦ "Спецсистема", Республика Беларусь	МП.ВТ.011-2000 с изменением 11 для модификации ИСТОК-ТМ; МРБ МП.2418-2014 с изменением 1 для модификаций ИСТОК-ТМз и ИСТОК-ТМр	2 года	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.4 к приказу	РУП "Витебский ЦСМС", Республика Беларусь	14.03.2027