

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 30 » января 2024 г. № 250

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Интервал между поверками	Добавляе- мый изготови- тель	Дата утверж- дения акта испыта- ний	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1.	Счетчики газа объемные диафрагменные	МИРТЕК- 51-ПУ	МИРТЕК-51-ПУ G4 зав. №№1230701810682, 1230701810683; МИРТЕК-51-ПУ G6 зав. №№ 1230701810685, 1230701810686; МИРТЕК-51-ПУ G10 1230701810687	66132-16	-	-	МП 208- 016-2016	МП 0704/1- 311229-2023	6 лет	-	07.04.2 023	Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ООО «МИРТЕК»), Ростовская обл., г. Таганрог	ООО ЦМ «СТП», г. Казань