



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

08 февраля 2024 г.

№ 331

Москва

Об утверждении Государственного первичного специального эталона единицы температуры водной среды в диапазоне амплитуд пульсаций температуры от 0,1 до 15 К при частоте пульсаций от 0,05 до 100 Гц

В соответствии с частью 5.4.18 подпункта 5.4 пункта 5 главы II Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии», в целях соблюдения интересов приборостроительной отрасли, метеорологии, гидрологии, экологии, в связи с выполнением федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева» работ по совершенствованию Государственного первичного специального эталона единицы температуры водной среды в диапазоне частот пульсаций температуры 0,5÷100 Гц (ГЭТ 116-78) и разработке проекта государственной поверочной схемы для средств измерений переменной температуры водной среды в диапазоне амплитуд пульсаций температуры 0,01÷15 К при частоте пульсаций 0,05÷100 Гц, фоновой температуре 268,15÷313,15 К п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

Государственный первичный специальный эталон единицы температуры водной среды в диапазоне амплитуд пульсаций температуры от 0,1 до 15 К при частоте пульсаций от 0,05 до 100 Гц и присвоить ему регистрационный номер ГЭТ 116-2024 (далее – ГЭТ 116-2024);

ученым-хранителем ГЭТ 116-2024 руководителя лаборатории № 2543 «Испытания в целях утверждения типа средств измерений аэрогидрофизических параметров» федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева» Сергеева Павла Константиновича.

2. Установить:

ГЭТ 116-2024 утверждается взамен ГЭТ 116-78 «Государственный первичный специальный эталон единицы температуры водной среды в диапазоне частот пульсаций температуры от 0,5 до 100 Гц»;

обязательные метрологические, технические требования (характеристики) ГЭТ 116-2024, указанные в его паспорте;

правила содержания и применения ГЭТ 116-2024, хранящиеся в федеральном государственном унитарном предприятии «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева»;

межаттестационный интервал ГЭТ 116-2024, равный 5 годам;

место хранения, содержания и применения ГЭТ 116-2024 – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева».

3. Определить состав ГЭТ 116-2024, указанный в его паспорте.

4. Федеральному государственному унитарному предприятию «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева» направить сведения об утверждении ГЭТ 116-2024 в федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» для их внесения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

5. Управлению метрологии, государственного контроля и надзора обеспечить размещение информации об утверждении ГЭТ 116-2024 на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР (Госстандарт СССР) от 4 мая 1978 г. № 13 «Об утверждении Государственного специального эталона единицы температуры водной среды в диапазоне частот пульсаций температуры 0,5÷100 Гц».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.П.Шалаев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3581AA9F5E0B3C348ADD4D25C46AACF5
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 14.12.2022 до 08.03.2024