

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «19» февраля 2024 г. № 407

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений,
в части продления срока действия признания

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Блоки датчиков термокаталитические	ФСТ- 03В1 Т	76269-19	НП ОДО "ФАРМЭК", Республика Беларусь	МРБ МП. 2840-2018 с изменением № 1	1 год	-	-	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь	08.11.2028
2.	Блоки датчиков электрохимические	ФСТ- 03В1 Э	76395-19	НП ОДО "ФАРМЭК", Республика Беларусь	МРБ МП. 2860-2019 с изменением № 1	1 год	-	-	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь	08.11.2028
3.	Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых	КТС-Б	43096-20	ООО "Поинт", Республика Беларусь	СДФИ.405210.005 РЭ, раздел 4	4 года	-	-	ООО "Поинт", Республика Беларусь	21.11.2028
4.	Термопреобразователи сопротивления	ТС-Б	72995-20	ООО "Поинт", Республика Беларусь	МП.ВТ 190-2008 с изменением "2"	2 года - для термопре образоват елей сопротив ления с диапазоно	-	-	ООО "Поинт", Республика Беларусь	21.11.2028

						м измерени й от -200 °С до -50 °С включ. и св. +300 °С до +660 °С включ; 4 года - для термопре образоват елей сопротив ления с диапазоно м измерени й от -50 °С до +300 °С включ.				
5.	Преобразователи термоэлектрические	ТП-Б	43469-20	ООО "Поинт", Республика Беларусь	МП.ВТ 181-2008 с изменением № 3, МП.ВТ 193-2008 с изменением № 2	первична я поверка до ввода в эксплуата цию - для ТП-Б и ТП-Б-У с НСХ типов: К (св. +1100...+ 1300 °С), N (св. +1200.... +1300 °С); 5 лет - для ТП- Б с НСХ типов: К,	-	-	ООО "Поинт", Республика Беларусь	21.11.2028

						L (св. - 40...+600 °C), N (св. -40...+800 °C); 2 года - для остальны х преобразо вателей				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--