

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 14 » _____ марта 2024 г. № _____ 700

Сведения
об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавливаемая методика поверки	Добавляемый изготовитель	Дата утверждения акта испытаний	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Дефектоскопы	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102ВД	мод. УД2-102ВД/2 зав. №№ 22270, 22271	36622-12	-	ДШЕК.412239.00 1 ИЗ с Изменением №1 (приложение к руководству по эксплуатации ДШЕК.412239.00 1 РЭ)	-	МП 651-23-010 (приложение к руководству по эксплуатации ДШЕК.412239.00 1 РЭ1)	-	22.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью «Алтек-Наука» (ООО «Алтек-Наука»), г. Санкт-Петербург	ФГУП «ВНИИФТРИ», Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево
2.	Корректоры объема газа	EK270	1123110312, 1123120398	41978-13	-	ЛГТИ.407229.170 РЭ (Приложение А с изменением №3)	-	МП 1912/1-311229-2023	-	19.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью «РАСКО Газэлектроника» (ООО «РАСКО Газэлектроника»), Нижегородская обл., г. Арзамас	ООО ЦМ «СТП», г. Казань

3.	Генераторы сигналов произвольной формы	АКИП-3428	мод. АКИП-3428/3: SDG7ABAQ7R 0055	90489-23	-	МП-ПР-16-2023 «ГСИ. Генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3428. Методика поверки»	-	МП-ПР-16-2023 с изменением №1 «ГСИ. Генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3428. Методика поверки»	-	17.01. 2024	Акционерное общество «Приборы, Сервис, Торговля» (АО «ПриСТ»), г. Москва	АО «ПриСТ», г. Москва
----	--	-----------	-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---	-------------	--	-----------------------