

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 29 » _____ марта _____ 2024 г. № 850

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средства измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установки радиационные поверочные гамма- излучения закрытые	УРПГЗ- PM9300	91775-24	ООО «Радметрон», Республика Беларусь	МРБ МП.3766-2023	3 года	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.1 к приказу	БелГИМ, Республика Беларусь	05.12.2028