

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 12 » _____ июля 2024 г. № 1646

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Мегаомметры	Е6-34	92648-24	Открытое акционерное общество «Минский научно-исследовательский приборостроительный институт» (ОАО «МНИПИ»), Республика Беларусь	МРБ МП.2920-2019	1 год	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	Согласно приложению № 1.1 к приказу	Открытое акционерное общество «Минский научно-исследовательский приборостроительный институт» (ОАО «МНИПИ»), Республика Беларусь	22.04.2029
2.	Расходомеры-счетчики ультразвуковые	СВТУ-10	92649-24	Общество с ограниченной ответственностью «КИПромэнерго» (ООО «КИПромэнерго»), Республика Беларусь	МРБ МП.3504-2023 (в редакции с изм. №1)	4 года	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	Согласно приложению № 1.2 к приказу	Республиканское унитарное предприятие «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (РУП Витебский ЦСМС»), Республика Беларусь	27.01.2028