

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 14 » августа 2024 г. № 1865

Сведения
об утвержденном типе средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовитель	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Анализаторы рентгено-флуоресцентные	INSIGHT	C	92116-24	75030104	LANScientific Co., Ltd, Китай	LANScientific Co., Ltd, Китай	ОС	МП 104-221-2023 «ГСИ. Анализаторы рентгенофлуоресцентные INSIGHT. Методика поверки» с изменением № 1	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «СИ-НЕРКОН-Сервис» (ООО «СИНЕРКОН-Сервис»), г. Москва	УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Екатеринбург	15.02.2024