

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 14 » августа 2024 г. № 1867

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервалах между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Датчики давления	ЭМИС-БАР	72888-18	-	6 лет для датчиков с пределами допускаемой основной приведённой погрешности от $\pm 0,2$ % (включительно); 5 лет для датчиков с пределами допускаемой основной приведённой погрешности от $\pm 0,04$ % до $\pm 0,2$ %	Закрытое акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы» (ЗАО «ЭМИС»), г. Челябинск	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург