ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «30» августа 2024 г. № 2056

Сведения
об утвержденном типе средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовитель	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Датчики давления	ДМ5017	С	93087-24	ДМ5017ДИ-Вн-У2-6-Т-011-1,6 МПа-Сг зав. № 18001; ДМ5017ДД-У2-А-5-Т-011-160 кПа зав. № 18002; ДМ5017ДВ-Ех-У2-3-Т-011-100 кПа зав. № 18003; ДМ5017ДА-Вн-УХЛ3.1-4-А-011-250кПа-ЖКИ зав. № 17014; ДМ5017ДВИ-ТЗ-3-Т-011-50кПа-ЖКИ зав. № 16008; ДМ5017ДИ1-У2-4-	Открытое акционерное общество «Манотомь» (ОАО «Манотомь»), г. Томск	Открытое акционерное общество «Манотомь» (ОАО «Манотомь»), г. Томск	РФ	5Ш0.283.488МП «ГСИ. Датчики давления ДМ5017. Методика поверки» с изменением № 1	2 года для датчиков с пределами допускаемой основной погрешности от ±0,06% до ±0,1% (не включ.); 3 года для датчиков с пределами допускаемой основной погрешности от ±0,1%	Открытое акционерное общество «Манотомь» (ОАО «Манотомь»), г. Томск	ФГУП «ВНИИМС», г. Москва	24.09.2019 29.06.2021

					018 зав. № 02005; ДМ5017ДИ1-Ех-У2-8-018 зав. № 02003; ДМ5017ДИ1-Вн-УХЛ3.1-4-ЖКИ-018 зав. № 02001; ДМ5017ДА1-У2-3-ЖКИ-018 зав. № 226000075								14.04.2023