

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 24 » сентября 2024 г. № 2271

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Измерители-коммутаторы	ROSSMA ПИОТ-AMS ANALOG	С	93280-24	001052	Общество с ограниченной ответственностью «Разработка Оборудования Систем Связи Метрологии и Автоматизации» (ООО «РОССМА»), г. Пермь	Общество с ограниченной ответственностью «Разработка Оборудования Систем Связи Метрологии и Автоматизации» (ООО «РОССМА»), г. Пермь	ОС	МП-260-2023 «ГСИ. Измерители-коммутаторы ROSSMA ПИОТ-AMS ANALOG. Методика поверки»	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «Разработка Оборудования Систем Связи Метрологии и Автоматизации» (ООО «РОССМА»), г. Пермь	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», г. Москва	29.02.2024
2.	Преобразователи давления измерительные	АГА-МА-2PM	С	93281-24	зав. №1323, зав. № 1324	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЛОГИЯ ИСЛ» (ООО «МЕТРОЛОГИЯ ИСЛ»), Московская обл., г.о. Волоколамский, с. Ярополец	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЛОГИЯ ИСЛ» (ООО «МЕТРОЛОГИЯ ИСЛ»), Московская обл., г.о. Волоколамский, с. Ярополец	ОС	МП АПМ 70-23 «ГСИ. Измерители давления АГАМА-2PM. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЛОГИЯ ИСЛ» (ООО «МЕТРОЛОГИЯ ИСЛ»), Московская обл., г.о. Волоколамский, с. Ярополец	ООО «Автопрогресс-М», г. Москва	18.03.2024

3.	Системы измерительные СИ РМ-760.9500-0 контроля параметров изделий 760	Обозначение отсутствует	Е	93282-24	115001; 115002; 115003	Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова» (АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова»), г. Москва	Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова» (АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова»), г. Москва	ОС	СИ РМ-760.9500-0 МП «ГСИ. Системы измерительные СИ РМ-760.9500-0 контроля параметров изделий 760. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова» (АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова»), г. Москва	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	22.04.2024
4.	Система измерений количества и параметров нефтяного газа после сепарации продукции скважин ГЗУ 4	Обозначение отсутствует	Е	93283-24	0067	Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» (АО «ИПФ «СибНА»), г. Тюмень	Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» (АО «ИПФ «СибНА»), г. Тюмень	ОС	МП 1620-13-2024 «ГСИ. Система измерений количества и параметров нефтяного газа после сепарации продукции скважин ГЗУ 4. Методика поверки»	4 года	Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» (АО «ИПФ «СибНА»), г. Тюмень	ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Казань	13.05.2024
5.	Система измерений количества и параметров нефтяного газа после сепарации продукции скважин ГЗУ Чумаковское	Обозначение отсутствует	Е	93284-24	0068	Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» (АО «ИПФ «СибНА»), г. Тюмень	Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» (АО «ИПФ «СибНА»), г. Тюмень	ОС	МП 1621-13-2024 «ГСИ. Система измерений количества и параметров нефтяного газа после сепарации продукции	4 года	Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» (АО «ИПФ «СибНА»), г. Тюмень	ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Казань	13.05.2024

									скважин ГЗУ Чума- ковское. Методика поверки»				
6.	Система из- мерений ко- личества и параметров нефтяного газа после сепарации продукции скважин ГЗУ 1	Обозна- чение отсут- ствует	Е	93285-24	0066	Акционерное общество «Инженерно- производ- ственная фир- ма «Сибнефте- автоматика» (АО «ИПФ «СибНА»), г. Тюмень	Акционерное общество «Инженерно- производ- ственная фир- ма «Сибнефте- автоматика» (АО «ИПФ «СибНА»), г. Тюмень	ОС	МП 1619- 13-2024 «ГСИ. Си- стема из- мерений количества и парамет- ров нефтя- ного газа после се- парации продукции скважин ГЗУ 1. Ме- тодика по- верки»	4 года	Акционерное общество «Инженерно- производ- ственная фир- ма «Сибнефте- автоматика» (АО «ИПФ «СибНА»), г. Тюмень	ВНИИР - фи- лиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделее- ва», г. Казань	13.05.2024
7.	Уровнемеры	TKWL- 1300	С	93286-24	2311Y9988; 2311Y9990; 2311Y8666; 2311Y8667	«Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd», KHP	«Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd», KHP	ОС	МП 208- 038-2024 «ГСИ. Уровнеме- ры TKWL- 1300. Ме- тодика по- верки»	1 год (для уровне- меров с пре- дела- ми допус- кае- мой абсо- лют- ной по- греш- ности менее ±3 мм вклю- чи- тель-	«Mambo Tech- nical Service Co., Ltd», KHP	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	02.04.2024

										но), 3 года (для уровней, работающих при избыточном давлении)			
8.	Газоанализаторы хроматографические	ГХП-ИМСС	С	93287-24	Исп. 1, зав. № 10622В1; Исп. 2, зав. № 0623В2	Общество с ограниченной ответственностью «Информационный мониторинг строительства скважин» (ООО «ИМСС»), г. Самара	Общество с ограниченной ответственностью «Информационный мониторинг строительства скважин» (ООО «ИМСС»), г. Самара	ОС	МП-825/03-2024 «ГСИ. Газоанализаторы хроматографические ГХП-ИМСС. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Информационный мониторинг строительства скважин» (ООО «ИМСС»), г. Самара	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Московская обл., г. Чехов	19.06.2024
9.	Акселерометры пьезорезистивные	ДВЗ	С	93288-24	1318С, 1319С	Акционерное общество «Конвед-6 ЛИИ» (АО «Конвед-6 ЛИИ»), Московская обл., г. Жуковский	Акционерное общество «Конвед-6 ЛИИ» (АО «Конвед-6 ЛИИ»), Московская обл., г. Жуковский	ОС	МП 204/3-26-2024 «ГСИ. Акселерометры пьезорезистивные ДВЗ. Методика поверки»	3 года	Акционерное общество «Конвед-6 ЛИИ» (АО «Конвед-6 ЛИИ»), Московская обл., г. Жуковский	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	14.06.2024
10.	Терминалы аппаратно-программные для медицинских осмотров	«Медикон»	С	93289-24	Мод. М5, сер. № М5691; мод. М7, сер. № М7317	Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКУМ» (ООО «МЕДИКУМ»), г. Москва	Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКУМ» (ООО «МЕДИКУМ»), г. Москва	ОС	МП 202-009-2024 «ГСИ. Терминалы аппаратно-программные для медицин-	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКУМ» (ООО «МЕДИКУМ»), г. Москва	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург)	17.07.2024

								ских осмотров «Медикон». Методика поверки»					
11.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Вец	Обозначение отсутствует	Е	93290-24	001	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва	ОС	МИ 3000-2022 «Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерВита» (ООО «ЭнерВита»), г. Москва	ООО «Спецэнергопроект», г. Москва	24.07.2024
12.	Блоки вычисления размаха	БВР-01	С	93291-24	0005, 0006	Общество с ограниченной ответственностью «ИР ЛИИ СПб» (ООО «ИР ЛИИ СПб»), г. Санкт-Петербург	Общество с ограниченной ответственностью «ИР ЛИИ СПб» (ООО «ИР ЛИИ СПб»), г. Санкт-Петербург	ОС	МП 201/2-019-2024 «ГСИ. Блоки вычисления размаха БВР-01. Методика поверки»	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «ИР ЛИИ СПб» (ООО «ИР ЛИИ СПб»), г. Санкт-Петербург	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	28.06.2024
13.	Расходомеры электромагнитные	MF	С	93292-24	23085022; 23100310; 23104255; 23104712; 23085021; 23085020	«Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. Flowmeter Branch», Китай	«Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. Flowmeter Branch», Китай	ОС	МП 208-067-2024 «ГСИ. Расходомеры электромагнитные MF. Методика по-	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью «НОРД СЕРВИС» (ООО «НОРД СЕРВИС»), г. Москва	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	29.07.2024

									верки»				
14.	Датчики давления	ИД-5	С	93293-24	0001, 0002, 0003, 0007	Общество с ограниченной ответственностью «ТБН-Энергосервис» (ООО «ТБН-Энергосервис»), Московская обл., г. Балашиха	Общество с ограниченной ответственностью «ТБН-Энергосервис» (ООО «ТБН-Энергосервис»), Московская обл., г. Балашиха	ОС	МИ 1997-89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки»	3 года	Общество с ограниченной ответственностью «ТБН-Энергосервис» (ООО «ТБН-Энергосервис»), Московская обл., г. Балашиха	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	02.08.2024
15.	Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные	WZPK	С	93294-24	S240100350003 (H-WZPK-64B0), S240101340001 (N-WZPK-24B0), S240101340004 (N-WZPK-24B0), S240101340003 (N-WZPK-24B0)	«ZHEJIANG LUNTE ELECTROMECHANICAL CO. LTD.», КНР	«ZHEJIANG LUNTE ELECTROMECHANICAL CO. LTD.», КНР	ОС	ГОСТ 8.461-2009 «ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки»	2 года	«Mambo Technical Service Co., Ltd», Китай	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	26.01.2024
16.	Весы бункерные	ТА-НАИС	С	93296-24	ТАНАИС-20-Л зав. №0001, ТАНАИС-200-Л зав. №0002, ТАНАИС-450-Д зав. №0003	Общество с ограниченной ответственностью «Новые автоматизированные измерительные системы» (ООО «НАИС»), г. Ростов-на-Дону	Общество с ограниченной ответственностью «Новые автоматизированные измерительные системы» (ООО «НАИС»), г. Ростов-на-Дону	ОС	МП 204-04-2024 «ГСИ. Весы бункерные ТА-НАИС. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Новые автоматизированные измерительные системы» (ООО «НАИС»), г. Ростов-на-Дону	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	07.08.2024