

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 26 » _____ сентября 2024 г. № 2276

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Анализаторы иммуноферментные автоматические	ELISA	C	93297-24	ADC ELISA 200, зав. № 5092024001; ADC ELISA 400, зав. № 5C42023003	«YANTAI ADDCARE Bio-Tech Co., LTD», Китай	«YANTAI ADDCARE Bio-Tech Co., LTD», Китай	OC	МП 244-0047-2023 «ГСИ. Анализаторы иммуноферментные автоматические ELISA. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Инвитро Импорт» (ООО «Инвитро Импорт»), г. Липецк	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург	24.05.2024
2.	Газоанализатор стационарный	МГНП	E	93298-24	001	Общество с ограниченной ответственностью «БО-ЭНЕРГО. Автоматизированные системы оценки технического	Общество с ограниченной ответственностью «БО-ЭНЕРГО. Автоматизированные системы оценки технического	OC	МП-730/10-2023 «ГСИ. Газоанализатор стационарный МГНП. Методика	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «БО-ЭНЕРГО. Автоматизированные системы оценки технического	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Московская обл., г. Чехов	17.10.2023

						состояния» (ООО «БО-ЭНЕР-ГО.АСТС»), г. Москва	состояния» (ООО «БО-ЭНЕР-ГО.АСТС»), г. Москва		поверки»		состояния» (ООО «БО-ЭНЕР-ГО.АСТС»), г. Москва		
3.	Спектрометры рентгенофлуоресцентные волнодисперсионные	Melytec WD4000	С	93299-24	WD-230814009, WD-230814007	Общество с ограниченной ответственностью «Мелитэк» (ООО «Мелитэк»), г. Москва	Общество с ограниченной ответственностью «Мелитэк» (ООО «Мелитэк»), г. Москва	ОС	МП 6-251-2024 «ГСИ. Спектрометры рентгенофлуоресцентные волнодисперсионные Melytec WD4000. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Мелитэк» (ООО «Мелитэк»), г. Москва	УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Екатеринбург	30.05.2024
4.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Бубновское ЛПУ МГ КС «Бубновка»	Обозначение отсутствует	Е	93300-24	05.001-2024	Инженерно-технический центр Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Инженерно-технический центр ООО «Газпром энерго»), г. Москва	Инженерно-технический центр Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Инженерно-технический центр ООО «Газпром энерго»), г. Москва	ОС	МП-540.310556 -2024 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Бубновское	4 года	Инженерно-технический центр Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Инженерно-технический центр ООО «Газпром энерго»), г. Москва	Западно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Новосибирск	19.04.2024

									ЛПУ МГ КС «Буб- новка». Методика поверки»				
5.	Анализаторы жидкости	SILab	C	93301-24	M50T, сер. № 653621C00230190 01; M31T, сер. № 651821C00230390 019001; P20E, сер. № 600721CG023080 001; P30F, сер. № 600821CG023110 027; P50T, сер. №№ 602821C02240100 01; 602821C02240100 02; 602821C02231100 01; 602821C02231100 02; 602821C02231100 03; 602821C02231100 04; 602821C02231100 05; 602821C02231100 06; 602821C02231100 07; 602821C02231100 08; 602821C02231100 09; 602821C02231100 10; 602821C02231100	Фирма INESA SCIENTIFIC INSTRUMENT Co., Ltd., KHP	Фирма INESA SCIENTIFIC INSTRUMENT Co., Ltd., KHP	ОС	МП 205- 13-2024 «ГСИ. Анализа- торы жид- кости SILab. Ме- тодика по- верки»	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «Лабкон- цепт» (ООО «Лабконцепт»), г. Санкт- Петербург	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	30.05.2024

					11; 602821C02231100 12; I40F, сер. № 621421CG124010 001; E50T, сер. № 612121CG024010 001; E60L, сер. № 640800CG323100 002; E31F, сер. № 610821CG024010 001; M50T-A, сер. № 653621CB1230390 01								
6.	Меры счет- ной концен- трации ча- стиц в воде	МСК-В- 0,2	С	93302-24	0200100124С, 0200100224С, 0200100324С	Федеральное государственное унитарное пред- приятие «Все- российский научно- исследователь- ский институт физико- технических и радиотехниче- ских измере- ний» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнеч- ногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	Федеральное государственное унитарное пред- приятие «Все- российский научно- исследователь- ский институт физико- технических и радиотехниче- ских измере- ний» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнеч- ногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	ОС	МП-640- 003-МСК- В-24 «ГСИ. Меры счетной концентра- ции частиц в воде МСК-В- 0,2. Мето- дика по- верки»	Пер- вичная повер- ка до ввода в экс- плуа- тацию	Федеральное государственное унитарное пред- приятие «Все- российский научно- исследователь- ский институт физико- технических и радиотехниче- ских измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнеч- ногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	ФГУП «ВНИИФТРИ», Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	24.06.2024
7.	Меры счет- ной концен- трации ча- стиц в воде	МСК-В- 0,07	С	93303-24	00700100124С, 00700100224С, 00700100324С	Федеральное государственное унитарное пред- приятие «Все- российский научно- исследователь-	Федеральное государственное унитарное пред- приятие «Все- российский научно- исследователь-	ОС	МП-640- 001-МСК- В-24 «ГСИ. Меры счетной концентра- ции частиц	Пер- вичная повер- ка до ввода в экс- плуа-	Федеральное государственное унитарное пред- приятие «Все- российский научно- исследователь-	ФГУП «ВНИИФТРИ», Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	24.06.2024

						ский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	ский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ		в воде МСК-В-0,07. Методика поверки»	тацию	ский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ		
8.	Меры счетной концентрации частиц в воде	МСК-В-0,5	С	93304-24	0500100124С, 0500100224С, 0500100324С	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	ОС	МП-640-006-МСК-В-24 «ГСИ. Меры счетной концентрации частиц в воде МСК-В-0,5. Методика поверки»	Первичная поверка до ввода в эксплуатацию	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	ФГУП «ВНИИФТРИ», Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	24.06.2024
9.	Меры счетной концентрации частиц в воде	МСК-В-0,3	С	93305-24	0300100124С, 0300100224С, 0300100324С	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт	ОС	МП-640-004-МСК-В-24 «ГСИ. Меры счетной концентрации частиц в воде	Первичная поверка до ввода в эксплуатацию	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт	ФГУП «ВНИИФТРИ», Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	24.06.2024

						физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ	физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ		МСК-В-0,3. Методика поверки»		физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ		
10.	Преобразователи давления	ТХ3351	С	93306-24	Модификация ТХ-3351-GP № 23122100316, модификация ТХ-3351-GP № 23122100315, модификация ТХ-3351-AP № 23122700003, модификация ТХ-3351-AP № 23122700004	Фирма «CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD.», Китай	Фирма «CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD.», Китай	ОС	МП 202-016-2024 «ГСИ. Преобразователи давления ТХ3351. Методика поверки»	2 года - для преобразователей давления с пределами допускаемой основной приведенной к номинальному диапазону измерений погрешности ±0,05	Общество с ограниченной ответственностью «НОРД СЕРВИС» (ООО «НОРД СЕРВИС»), г. Москва	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	17.07.2024

										%; 3 года - для преобразователей давления с пределами допускаемой основной приведенной к нормальному диапазону измерений погрешности $\pm 0,075\%$			
11.	Преобразователи разности давлений	TX3351	С	93307-24	Модификация TX3351-DP № 23122200370, модификация TX3351-DP № 23122200368, модификация TX3351-DP № 23122200371, модификация	Фирма «CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD.», Китай	Фирма «CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD.», Китай	ОС	МП 202-017-2024 «ГСИ. Преобразователи разности давлений TX3351. Методика поверки»	2 года - для преобразователей разности давлений	Общество с ограниченной ответственностью «НОРД СЕРВИС» (ООО «НОРД СЕРВИС»), г. Москва	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	17.07.2024

					TX3351-DP № 23122200372					преде- лами допус- кас- мой основ- ной приве- ден- ной к настро- енно- му диапа- зону изме- рений по- греш- ности $\pm 0,05$ %; 3 года – для преоб- разо- вате- лей разно- сти давле- ний с преде- лами допус- кас- мой основ- ной приве- ден-			
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

										ной к настро- енно- му диапа- зону изме- рений по- греш- ности $\pm 0,075$ %			
12.	Вибропреоб- разователи	КД	С	93308-24	КД618 № 602559, КД6407 № 341090, КД650 № 712098, КД619 № 641339, КДМ122 № 234001, КДМ321 № 941005, КДМ322 № 814005, КДМ330123 № 534007	Общество с ограниченной ответственно- стью «Комдиа- гностика» (ООО «Комдиагности- ка»), г. Орен- бург	Общество с ограниченной ответственно- стью «Комдиа- гностика» (ООО «Комдиагности- ка»), г. Орен- бург	ОС	МП 204/3- 06-2024 «ГСИ. Вибропре- образова- тели КД. Методика поверки»	3 года	Общество с ограниченной ответственно- стью «Комдиа- гностика» (ООО «Комдиагности- ка»), г. Оренбург	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	15.07.2024
13.	Гири	ГЭ-П	С	93309-24	ГЭ-ПН-50 мкг- 500 мкг, зав. №Э4; набор гирь ГЭ-ПН-1мг-500 мг, зав. №6Т; набор гирь ГЭ- ПН-1 мг-500 г, зав. №1И; гири ГЭ-П-1 кг, зав. №3; гири ГЭ-П-1 кг, зав. №4; гири ГЭ-П-2 кг, зав. №3; гири ГЭ-П-5 кг, зав. №3; гири ГЭ-П-10 кг, зав. №3; гири ГЭ-П-20 кг, зав. №3	Общество с ограниченной ответственно- стью «Промкон- струкция» (ООО «Промкон- струкция»), г. Челябинск	Общество с ограниченной ответственно- стью «Промкон- струкция» (ООО «Промкон- струкция»), г. Челябинск	ОС	МП 2301- 213-2024 «ГСИ. Ги- ри ГЭ-П. Методика поверки»	2 года - для гирь класса точно- сти Е ₁ , 1 год - для мик- ро- грам- мовых гирь	Общество с ограниченной ответственно- стью «Промкон- струкция» (ООО «Промконструк- ция»), г. Челя- бинск	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт- Петербург	25.06.2024

14.	Установка	ТСУ-140	Е	93310-24	01	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф.Солинова» (АО «НИТС им. В.Ф.Солинова»), г. Москва	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф.Солинова» (АО «НИТС им. В.Ф.Солинова»), г. Москва	ОС	РТ-МП-682-448-2024 «ГСИ. Установка ТСУ-140. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф.Солинова» (АО «НИТС им. В.Ф.Солинова»), г. Москва	ФБУ «Ростест-Москва», г. Москва	02.08.2024
15.	Комплексы аппаратно-программные для регистрации, сохранения и передачи физиологических параметров человека	Обозначение отсутствует	С	93311-24	2393, 2713	Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-Сервис» (ООО «ТМ-Сервис»), г. Москва	Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-Сервис» (ООО «ТМ-Сервис»), г. Москва	ОС	МП 202-004-2024 «ГСИ. Комплексы аппаратно-программные для регистрации, сохранения и передачи физиологических параметров человека. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-Сервис» (ООО «ТМ-Сервис»), г. Москва	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва; ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург	31.07.2024
16.	Установка проекционная	ОК-1	Е	93312-24	1	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф.Солинова» (АО «НИТС им. В.Ф.Солинова»), г. Москва	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф.Солинова» (АО «НИТС им. В.Ф.Солинова»), г. Москва	ОС	РТ-МП-730-06-2024 «ГСИ. Установка проекционная ОК-1. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф.Солинова» (АО «НИТС им. В.Ф.Солинова»), г. Москва	ФБУ «Ростест-Москва», г. Москва	12.08.2024