

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 18 » _____ ноября 2024 г. № 2710

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средства измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Измерители иммитанса	E7-25	46511-24	Открытое акционерное общество «Минский научно- исследовательски й приборостроитель ный институт» (ОАО «МНИПИ»), Республика Беларусь	МРБ МП.1806-2008 в редакции с изменением № 2	1 год	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.1 к приказу	Центральная измерительная лаборатория ОАО «МНИПИ», Республика Беларусь	11.06.2029