

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 25 » _____ декабря 2024 г. № 3088

Сведения
об утвержденном типе средства измерений

№ п/ п	Наименова- ние типа	Обозна- чение типа	Код харак- тера произ- вод- ства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовители	Правооблада- тель	Код иден- тифи- кации произ- водства	Методика поверки	Интер- вал между повер- ками	Заявитель	Юридическое лицо, прово- дившее испы- тания	Дата утвер- ждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Измерители электриче- ской мощно- сти	GPM- 78300	C	92912-24	GEX16108, GEX161083, GEX151341	«Good Will Instrument Co.,Ltd.», Тай- вань (Китай)	«Good Will Instrument Co.,Ltd.», Тай- вань (Китай)	ОС	РТ-МП- 370-551- 2024 с из- менением № 1 «ГСИ. Измерите- ли элек- трической мощности GPM- 78300. Ме- тодика по- верки»	1 год	Акционерное общество «Приборы, Сервис, Тор- говля» (АО «ПриСТ»), г. Москва	ФБУ «Ростест- Москва», г. Москва	03.05.2024