

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 17 » января 2025 г. № 87

Сведения
об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Добавляемый изготовитель	Интервал между поверками	Дата утверж- дения акта испыта- ний	Заявитель	Юридическо е лицо, проводивше е испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	1	13
1.	Счетчики электрической энергии однофазные многофункцион альные	РОТЕК РТМ-01	202108040327; 16210000006; 16210000003; 16210000008	77307-20	-	-	РТ-МП-6407- 551-2019	МП-НИЦЭ- 138-24	Общество с ограниченной ответственност ю «НТЦ Ротек» (ООО «НТЦ Ротек»), г. Москва; Общество с ограниченной ответственност ю «Северный Энергоконтроль » (ООО «Северный Энергоконтроль »), г. Москва; Общество с ограниченной ответственност ю «Электра»	16 лет	17.12. 2024	Акционерное общество «Научно- Производственн ая Компания РоТеК» (АО «НПК РоТеК»), г. Москва	ООО «НИЦ «ЭНЕРГО», г. Москва

									(ООО «Электра»), г. Москва				
2.	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	РОТЕК РТМ-03	36030005732; 202108040260; 36030000392; 361200021; 36030025962; 202108040259; 36030031688; 36230000007	77308-20	-	-	РТ-МП-6530-551-2019	МП-НИЦЭ-132-24	Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Ротек» (ООО «НТЦ Ротек»), г. Москва; Общество с ограниченной ответственностью «Северный Энергоконтроль» (ООО «Северный Энергоконтроль»), г. Москва; Общество с ограниченной ответственностью «Электра» (ООО «Электра»), г. Москва	Для класса точности 0,2S; 0,5S - 10 лет; 1; 2 – 16 лет	17.12.2024	Акционерное общество «Научно-Производственная Компания РоТеК» (АО «НПК РоТеК»), г. Москва	ООО «НИЦ «ЭНЕРГО», г. Москва