

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 23 » января 2025 г. № 125

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Расходомеры-счетчики ультразвуковые	PCY-05	82014-25	Совместное общество с ограниченной ответственностью «АРВАС» (СООО «АРВАС»), Республика Беларусь	МРБ МП.2946-2020 в редакции с изм. №1	5 лет	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	Согласно приложению № 1.1 к приказу	Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ), Республика Беларусь	16.10.2029
2.	Счетчики газа ультразвуковые	КАТА	94448-25	Открытое акционерное общество «Минский механический завод имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО» (ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО»), Республика Беларусь	МРБ МП.3822-2024	6 лет	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	Согласно приложению № 1.2 к приказу	Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ), Республика Беларусь	14.02.2029