

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 26 » февраля 2025 г. № 378

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средства измерений,
в части продления срока действия признания

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Дозиметры гамма-излучения	ДКГ-РМ 1211	67999-21	Общество с ограниченной ответственностью «Радметрон» (ООО «Радметрон»), Республика Беларусь	МРБ МП.2613-2016 в редакции с изм. №1	1 год	-	Согласно приложению № 1.1 к приказу	Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ), Республика Беларусь	17.01.2030