

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 26 » февраля 2025 г. № 379

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средства измерений,
в части продления срока действия признания

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие	ЭкМ, ЭкВ, ЭкМВ	36003-20	ООО «Завод теплотехнических приборов», Республика Беларусь	МИ 2124-90	1 год	-	-	РУП «БелГИМ», Республика Беларусь	05.02.2030