

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 03 » _____ апреля 2025 г. № 666

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Добавляемый изготовитель	Дата утверж- дения акта испыта- ний	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Хроматографы	«Хроматэк- Кристалл 9000»	2191651, 2291507, 2391489	38303-13	-	-	214.2.840.073- 01Д (для СИ, изготовленных до 04.02.2019 г.), 214.2.840.073- 03Д (для СИ, изготовленных в период с 04.02.2019 г. по 21.08.2023 г.), 214.2.840.073- 04Д (для СИ, изготовленных в период с 22.08.2023 г. по 22.01.2024 г.), 214.2.840.073-	214.2.840.073- 06Д для вновь изготавливаем ых средств измерений в дополнение к 214.2.840.073- 01Д (для СИ, изготовленных до 04.02.2019 г.), 214.2.840.073- 03Д (для СИ, изготовленных в период с 04.02.2019 г. по 21.08.2023 г.), 214.2.840.073- 04Д (для СИ,	-	09.01. 2025	Закрытое акционерное общество Специальное конструкторс кое бюро «Хроматэк» (ЗАО СКБ «Хроматэк»), Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола	ФБУ «Марийский ЦСМ», г. Йошкар-Ола

							05Д	изготовленных в период с 22.08.2023 г. по 22.01.2024 г.), 214.2.840.073- 05Д				
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--