

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 23 » _____ апреля 2025 г. № 804

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Счетчики воды крыльчатые	СВК	С	95304-25	СВК15-3 зав. №1012031651501; СВК 15-3 SMART зав. №1014006005807	Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (АО «АПЗ»), Нижегородская обл., г. Арзамас	Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (АО «АПЗ»), Нижегородская обл., г. Арзамас	ОС	МЦКЛ.036 9.МП «ГСИ. Счетчики воды крыльчатые СВК. Методика поверки»	6 лет	Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТИКО» (ООО «СМАРТИКО»), г. Москва	ЗАО КИП «МЦЭ», г. Москва	24.01.2025
2.	Вибростенды переносные	ВСВ-136	С	95305-25	ВСВ-136Т зав. № 000002/2024	Общество с ограниченной ответственностью «ВиКонт» (ООО «ВиКонт»), г. Москва	Общество с ограниченной ответственностью «ВиКонт» (ООО «ВиКонт»), г. Москва	ОС	МП 204/3-40-2024 «ГСИ. Вибростенды переносные ВСВ-136. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «ВиКонт» (ООО «ВиКонт»), г. Москва	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	31.10.2024
3.	Комплексы	ROM	С	95306-25	ROM400 зав. №	Общество с	Общество с	ОС	МП-ОТГ-	1 год	Общество с	ООО «ОТГ», г.	05.02.2025

	внутритрубной диагностики				9002, ROM800 зав. № 9001	ограниченной ответственностью «Корпоративные Энергетические Решения» (ООО «КЭР»), г. Москва	ограниченной ответственностью «Корпоративные Энергетические Решения» (ООО «КЭР»), г. Москва		202509 «ГСИ. Комплексы внутритрубной диагностики ROM. Методика поверки»		ограниченной ответственностью «Корпоративные Энергетические Решения» (ООО «КЭР»), г. Москва	Москва	
4.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Агро-Энерго» (2-я очередь)	Обозначение отсутствует	Е	95307-25	001	Индивидуальный предприниматель Тихонравов Виталий Анатольевич (ИП Тихонравов Виталий Анатольевич), г. Москва	Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Энерго» (ООО «Агро-Энерго»), Ставропольский край, м.о. Предгорный, п. Ясная Поляна	ОС	МИ 3000-2022 «Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки»	4 года	Индивидуальный предприниматель Тихонравов Виталий Анатольевич (ИП Тихонравов Виталий Анатольевич), г. Москва	ООО «Спец-энергопроект», г. Москва	18.02.2025
5.	Источники-измерители	Б6-8	С	95308-25	7324054	Общество с ограниченной ответственностью «Остек-Электро» (ООО «Остек-Электро»), г. Москва	Общество с ограниченной ответственностью «Остек-Электро» (ООО «Остек-Электро»), г. Москва	ОС	МП-НИЦЭ-166-24 «ГСИ. Источники-измерители Б6-8. Методика поверки»	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «Остек-Электро» (ООО «Остек-Электро»), г. Москва	ООО «НИЦ «ЭНЕРГО», г. Москва	20.12.2024
6.	Источники-измерители	Б6-9	С	95309-25	7324053	Общество с ограниченной ответственностью «Остек-	Общество с ограниченной ответственностью «Остек-	ОС	МП-НИЦЭ-175-24 «ГСИ. Источни-	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «Остек-	ООО «НИЦ «ЭНЕРГО», г. Москва	19.12.2024

						Электро» (ООО «Остек- Электро»), г. Москва	Электро» (ООО «Остек- Электро»), г. Москва		ки- измерители Б6-9. Ме- тодика по- верки»		Электро» (ООО «Остек- Электро»), г. Москва		
7.	Спектрофо- тометры	UNICO	C	95310-25	UNICO 2100UV, сер. № KNX 23072306009; UNICO 2800, сер. № GD 24012401 001	«UNICO (Shanghai) In- strument Co. Ltd.», Китай	«UNICO (Shanghai) In- strument Co. Ltd.», Китай	ОС	МП 24- 251-2024 «ГСИ. Спектро- фотометры UNICO. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «ЮНИ- КО-СИС» (ООО «ЮНИ- КО-СИС»), г. Санкт- Петербург	УНИИМ - фи- лиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделее- ва», г. Екате- ринбург	30.01.2025
8.	Система ав- томатизиро- ванная ин- формацион- но- измеритель- ная коммер- ческого уче- та электро- энергии (АИИС КУЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на- Дону» 3.0	Обозна- чение отсут- ствует	E	95311-25	020	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на- Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на- Дону»), г. Ро- стов-на-Дону	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на- Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на- Дону»), г. Ро- стов-на-Дону	ОС	МП ЭПР- 759-2025 «ГСИ. Си- стема ав- томатизи- рованная информа- ционно- измери- тельная коммерче- ского учета электро- энергии (АИИС КУЭ) ПАО «ТНС энерго Ро- стов-на- Дону» 3.0. Методика поверки»	4 года	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на- Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на- Дону»), г. Ро- стов-на-Дону	ООО «Энерго- ПромРесурс», Московская обл., г. Красно- горск	05.03.2025
9.	Гониофото- метр	GO-2000	E	95312-25	P184673CS1421115	EVERFINE Corporation, Китай	EVERFINE Corporation, Китай	ОС	МП 041.М4-24 «ГСИ. Го- ниофото- метр GO-	1 год	Акционерное общество «Производ- ственное Объ- единение	ФГБУ «ВНИИОФИ», г. Москва	01.11.2024

									2000. Методика поверки»		«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова (АО «ПО «УОМЗ»), г. Екатеринбург		
10.	Мановаку- умметры показываю- щие	WIKA 232.50	C	95313-25	WIKA 232.50.100 № 8804EJRI; WIKA 232.50.100 № 8804EOIB; WIKA 232.50.100 № 8804EOGW	WIKA Automa- tion Instrument Suzhou Co., Ltd., Китай	WIKA Auto- mation Instru- ment Suzhou Co., Ltd., Ки- тай	ОС	МИ 2124- 90 «ГСИ. Маномет- ры, ваку- умметры, мановаку- умметры, напороме- ры, тяго- меры и тягонапо- ромеры показыва- ющие и самопи- шущие. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «Контей- нерРемСер- вис» (ООО «Контейнер- РемСервис»), Самарская обл., г. Тольят- ти	ФБУ «Омский ЦСМ», г. Омск	26.08.2024
11.	Манометры дифферен- циальные показываю- щие	CAPSU HELIC	C	95314-25	CAPSUHELIC 4015 зав.№ 00001; CAPSUNELIC 4080 зав.№ 00001	«DWYER INSTRUMENT S, Inc», США	«DWYER INSTRUMENT S, Inc», США	ОС	МП 5.2- 0362-2024 «ГСИ. Ма- нометры дифферен- циальные показыва- ющие CAPSUNE LIC. Мето- дика по- верки»	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «Контей- нерРемСер- вис» (ООО «Контейнер- РемСервис»), Самарская обл., г. Тольят- ти	ФБУ «Омский ЦСМ», г. Омск	04.09.2024
12.	Полигон гравиметри- ческий ши-	Обозна- чение отсут-	E	95315-25	1	Общество с ограниченной ответственно-	Общество с ограниченной ответственно-	ОС	МП 253- 017-2024 «ГСИ. По-	6 лет	Общество с ограниченной ответственно-	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделее-	10.03.2025

	рокодиапа- зонный Ка- занский	ствует				стью «ТНГ- Казаньгеофи- зика» (ООО «ТНГ-КГФ»), г. Казань	стью «ТНГ- Казаньгеофи- зика» (ООО «ТНГ-КГФ»), г. Казань		лигон гра- виметриче- ский ши- рокодиапа- зонный Казанский. Методика поверки»		стью «ТНГ- Казаньгеофи- зика» (ООО «ТНГ-КГФ»), г. Казань	ва», г. Санкт- Петербург	
13.	Системы мониторинга состояния здоровья	«ЮМС ДИА- ГНО- СТИ- ЧЕ- СКИЙ ШЛЮЗ»	С	95316-25	МК1, зав. № 120.00.NB.89C.01; МК2, зав. № 310.03.SP.047; МК3, зав. № 212.SGB.031	Общество с ограниченной ответственно- стью «ЮМС- СОФТ» (ООО «ЮМС- СОФТ»), г. Томск	Общество с ограниченной ответственно- стью «ЮМС- СОФТ» (ООО «ЮМС- СОФТ»), г. Томск	ОС	МП ЛТДВ. 941119.014 «ГСИ. Си- стемы мо- ниторинга состояния здоровья «ЮМС ДИАГНО- СТИЧЕ- СКИЙ ШЛЮЗ». Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «ЮМС- СОФТ» (ООО «ЮМС- СОФТ»), г. Томск	ФБУ «Новоси- бирский ЦСМ», г. Новосибирск	11.12.2024
14.	Генераторы- анализаторы трафика	LR100G en Hardwar e Applianc e 10G	С	95317-25	22-18-01-010414	Акционерное общество «Информаци- онные техно- логии и ком- муникацион- ные системы» (АО «Инфо- ТеКС»), г. Москва	Акционерное общество «Информаци- онные техно- логии и ком- муникацион- ные системы» (АО «Инфо- ТеКС»), г. Москва	ОС	МП 651- 24-027 «ГСИ. Ге- нераторы- анализато- ры трафика LR100Gen Hardware Appliance 10G. Ме- тодика по- верки»	3 года	Акционерное общество «Информаци- онные техно- логии и ком- муникацион- ные системы» (АО «Инфо- ТеКС»), г. Москва	ФГУП «ВНИИФТРИ», Московская обл., г. Солнеч- ногорск, рп. Менделеево	10.08.2024