

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 28 » _____ апреля 2025 г. № _____

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервале между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уровнемеры радарные волноводные	Autrol модели ALT6100	69915-17	-	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Бюро сертификации «ТОВАРИЩ» (ООО «Бюро сертификации «ТОВАРИЩ»), г. Москва	ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Казань