

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «02» _____ июня 2025 г. № 1067

Сведения
об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Добавляемый изготовитель	Интервал между поверками	Дата утверж- дения акта испыта- ний	Заявитель	Юридичес- кое лицо, проводивш ее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Преобразователь и уровня радиоволновые волноводные	Тэкфлекс	16769а, 16770а	91051-24	Общество с ограниченной ответственност ю «Инвард» (ООО «Инвард»), г. Рязань	МП 208-072- 2024	-	РТ-МП-47- 208-2025	-	1 год - для преобразов ателей уровня с пределами допускаемо й абсолютно й погрешност и $\leq \pm 3$ мм; 3 года - для преобразов ателей уровня с пределами допускаемо й абсолютно й	19.02. 2025	Общество с ограниче нной ответстве нностью «Инвард» (ООО «Инвард»), г. Рязань	ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест», г. Москва

										погрешност и $> \pm 3$ мм; 3 года - для преобразов ателей, работающи х при избыточно м давлении (кроме работающи х с сжиженны ми газами)			
2.	Преобразовател и уровня поплавковые магнитоуправля емые	Магнитэк	16767а, 16768а	90666-23	Общество с ограниченной ответственност ю «Инвард» (ООО «Инвард»), г. Рязань	ГРВТ.407611 .001 МП с изменением №1	-	РТ-МП-45- 208-2025	-	1 год - для преобразов ателей уровня с пределами допускаемо й абсолютно й погрешност и $\leq \pm 3$ мм, 3 года - для преобразов ателей уровня с пределами допускаемо й абсолютно й погрешност и $> \pm 3$ мм, 3 года - для преобразов ателей, работающи х при	19.02. 2025	Общество с ограниче нной ответстве нностью «Инвард» (ООО «Инвард»), г. Рязань	ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест», г. Москва

										избыточно м давлении (кроме работающи х с сжиженны ми газами)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--