

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «09 __» _____ июня 2025 г. № 1153

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Тонометры механические	Rudolf Riester	C	95647-25	номера партии (лотов): 754604; 754640; 754639; 754638; 754607; 754637; 754608; 754635; 743207; 754609; 754610; 754611; 754463; 754541; 756095; 756114; 756034; 753503; 753092; 753093; 747887; 747920; 753504; 759323; 759330; 759335; 759537; 759469. Сер. № 231201015, исполнение R1-shock proof; Сер. № 230304396, исполнение minimus II; Сер. № 240202472,	Фирма «Rudolf Riester GmbH», Германия	Фирма «Rudolf Riester GmbH», Германия	ОС	Р 1323565.2. 001-2018 «ГСИ. Рекомендации по метрологии. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «М.П.А. медицинские партнеры» (ООО «М.П.А. медицинские партнеры»), г. Москва	ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, г. Москва	17.10.2024

					исполнение minimus III; Сер. № 230100927, исполнение precisa N; Сер. № 230123204, исполнение e-mega; Сер. № 220401687, исполнение ri-san; Сер. № 220642277, исполнение exasta; Сер. № 230901035, исполнение sphygmotensiophone ; Сер. № 230340966, исполнение big ben; Сер. № 231103845, исполнение babyphon; Сер. № 240202480, исполнение sanaphon								
2.	Анализаторы газа	АКОНТ-100	С	95648-25	010А634-106, 010А631-103	Акционерное общество «Научно-инженерный центр «ИНКОМСИ-СТЕМ» (АО НИЦ «ИНКОМСИ-СТЕМ»)), г. Казань	Акционерное общество «Научно-инженерный центр «ИНКОМСИ-СТЕМ» (АО НИЦ «ИНКОМСИ-СТЕМ»)), г. Казань	ОС	МП-601-2024 «ГСИ. Анализаторы газа АКОНТ-100. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Научно-инженерный центр «ИНКОМСИ-СТЕМ» (АО НИЦ «ИНКОМСИ-СТЕМ»)), г. Казань	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	14.11.2024
3.	Анализаторы жидкости периодического погружения	Dynamic Smart Sense	С	95649-25	2410902641 (мод. электронного блока PH-1001); 2411900876 (мод. электронного блока PH-1001-AD)	Dynamic Process Equipment, Индия	Dynamic Process Equipment, Индия	ОС	МП-682-2025 «ГСИ. Анализаторы жидкости периодического погружения Dynamic	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «ВайсТех Пром» (ООО «ВайсТех Пром»)), г. Тамбов	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	28.02.2025

								Smart Sense. Методика поверки»					
4.	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический	РГС-12,5	Е	95650-25	422	Общество с ограниченной ответственностью «Рослов-ХимМаш» (ООО «РХМ»), Республика Татарстан, г. Лениногорск	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина), Республика Татарстан, г. Альметьевск	ОС	ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки»	5 лет	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина), Республика Татарстан, г. Альметьевск	АО «Нефтеавтоматика», г. Казань	21.10.2024
5.	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические	РВС-5000	Е	95651-25	1, 2, 3, 4	Общество с ограниченной ответственностью «Востокмонтажгаз» (ООО «Востокмонтажгаз»), Республика Татарстан, г. Булгулма	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина), Республика Татарстан, г. Альметьевск	ОС	ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки»	5 лет	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина), Республика Татарстан, г. Альметьевск	АО «Нефтеавтоматика», г. Казань	21.10.2024
6.	Система измерительная	ИС ДВС-004 ЯМЗ	Е	95652-25	ТХЕQ3007389	Фирма «AVL List GmbH», Австрия	Фирма «AVL List GmbH», Австрия	ОС	МП ИС ДВС-004 ЯМЗ «ГСИ. Система измерительная ИС ДВС-004 ЯМЗ. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «АВЛ» (ООО «АВЛ»), г. Москва	ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва	30.01.2025
7.	Счетчики-расходомеры	КР	С	95653-25	КР-00005, КР-00006, КР-00007	Общество с ограниченной	Общество с ограниченной	ОС	МП 1724-1-2025	5 лет; 1 год -	Общество с ограниченной	ВНИИР - филиал ФГУП	19.02.2025

	массовые кориолисовые					ответственно- стью «ИМС-Комплект» (ООО «ИМС-Комплект»), Московская обл., г. Видное	ответственно- стью «ИМС-Комплект» (ООО «ИМС-Комплект»), Московская обл., г. Видное		«ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые кориолисовые КР. Методика поверки»	для канала измерения плотности	ответственно- стью «Бюро сертификации «ТОВАРИЩ» (ООО «Бюро сертификации «ТОВАРИЩ»), г. Москва	«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Казань	
8.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Вятка-Нефтепродукт»	Обозначение отсутствует	Е	95654-25	01	Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» (ООО «ЕЭС-Гарант»), Московская обл., г.о. Красногорск	Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Нефтепродукт» (ООО «Вятка-Нефтепродукт»), г. Киров	ОС	МИ 3000-2022 «Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Связь и Энергетика» (ООО «Связь и Энергетика»), г. Москва	ООО «Спецэнергопроект», г. Москва	20.03.2025
9.	Резервуары вертикальные стальные цилиндрические	РВС-400	Е	95655-25	12, 14	Акционерное общество «Нефтебаза «Красный Яр» (АО «Нефтебаза «Красный Яр»), Новосибирская обл., п. Красный Яр	Акционерное общество «Нефтебаза «Красный Яр» (АО «Нефтебаза «Красный Яр»), Новосибирская обл., п. Красный Яр	ОС	МП 003-10-2024 «ГСИ. Резервуары вертикальные стальные цилиндрические РВС-400. Методика поверки»	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью «Востокнефтепродукт» (ООО «Востокнефтепродукт»), г. Южно-Сахалинск	ООО фирма «Метролог», г. Казань	10.12.2024
10.	Резервуары	РВС-	Е	95656-25	626 (тех. 1), 627	Открытое ак-	Открытое ак-	ОС	МП 004-	5 лет	Общество с	ООО фирма	10.12.2024

	вертикаль- ные сталь- ные цилин- дрические	1000			(тех. 3)	ционерное общество «Волгоград- ский судо- строительный завод» (ОАО «ВГСЗ»), г. Волгоград (из- готовлены в 2003 году)	ционерное общество «Волгоград- ский судо- строительный завод» (ОАО «ВГСЗ»), г. Волгоград		10-2024 «ГСИ. Ре- зервуары вертикаль- ные сталь- ные ци- линдриче- ские РВС- 1000. Ме- тодика по- верки»		ограниченной ответственно- стью «Во- стокнефтепро- дукт» (ООО «Востокнефте- продукт»), г. Южно- Сахалинск	«Метролог», г. Казань	
11.	Система из- мерительная	СИ-СТ У- 990М2	Е	95657-25	001	Общество с ограниченной ответственно- стью «Научно- производ- ственное предприятие «ПАРК- ЦЕНТР» (ООО «НПП «ПАРК- ЦЕНТР»», г. Санкт- Петербург	Общество с ограниченной ответственно- стью «Научно- производ- ственное предприятие «ПАРК- ЦЕНТР» (ООО «НПП «ПАРК- ЦЕНТР»», г. Санкт- Петербург	ОС	ЛТКЖ.411 711.058 Д1 «ГСИ. Си- стема из- меритель- ная СИ-СТ У-990М2. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «Научно- производ- ственное пред- приятие «ПАРК- ЦЕНТР» (ООО «НПП «ПАРК- ЦЕНТР»», г. Санкт- Петербург	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделе- ева», г. Санкт- Петербург	07.04.2025
12.	Система ав- томатизиро- ванная ин- формацион- но- измеритель- ная коммер- ческого уче- та электро- энергии АО «ТАГМЕТ»	Обозна- чение отсут- ствует	Е	95658-25	13/027	Общество с ограниченной ответственно- стью «Центр энерготехно- логий ТЭС» (ООО «Центр энерготехно- логий ТЭС»), г. Волгоград	Акционерное общество «Та- ганрогский металлургиче- ский завод» (АО «ТАГ- МЕТ»), Ро- стовская обл., г. Таганрог	ОС	МП 26.51/347/2 5 «ГСИ. Система автомати- зированная информа- ционно- измери- тельная коммерче- ского учета электро- энергии АО «ТАГ- МЕТ». Ме- тодика по-	4 года	Общество с ограниченной ответственно- стью «Центр энерготехно- логий ТЭС» (ООО «Центр энерготехно- логий ТЭС»), г. Волгоград	ООО «Энерго- тестконтроль», г. Москва	21.03.2025

									верки»				
13.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Центролит	Обозначение отсутствует	Е	95659-25	001	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва	ОС	МИ 3000-2022 «Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерВита» (ООО «ЭнерВита»), г. Москва	ООО «Спец-энергопроект», г. Москва	08.04.2025
14.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Вольская	Обозначение отсутствует	Е	95660-25	001	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва	ОС	МИ 3000-2022 «Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерВита» (ООО «ЭнерВита»), г. Москва	ООО «Спец-энергопроект», г. Москва	02.04.2025
15.	Компараторы массы	КМ7	С	95661-25	КМ7202 зав. №113824,	Общество с ограниченной	Общество с ограниченной	ОС	МП 2301-0216-2025	1 год	Общество с ограниченной	ФГУП «ВНИИМ им.	10.04.2025

					КМ7202А зав. №113924	ответственно- стью «ОКБ Веста» (ООО «ОКБ Веста»), г. Санкт- Петербург	ответственно- стью «ОКБ Веста» (ООО «ОКБ Веста»), г. Санкт- Петербург		«ГСИ. Компара- торы мас- сы КМ7. Методика поверки»		ответственно- стью «ОКБ Веста» (ООО «ОКБ Веста»), г. Санкт- Петербург	Д.И. Менделе- ева», г. Санкт- Петербург	
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	---	--