

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «19 __» _____ 2025 г. № 1224__

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средства измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Экспресс-анализаторы на углерод	АН-7529М	95751-25	Открытое акционерное общество «Ратон» (ОАО «Ратон»), Республика Беларусь	МП ГМ 057-99 (в редакции извещения об изменении № 2)	1 год	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.1 к приказу	Республиканское унитарное предприятие «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (Государственное предприятие «Гомельский ЦСМС»), Республика Беларусь	27.01.2028