

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «20 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2025 г. № 1235

Сведения  
об утвержденном типе средства измерений

| № п/п | Наименование типа   | Обозначение типа | Код характера производства | Рег. Номер | Зав. номер(а)                                                                                                                                                          | Изготовитель                                                                                      | Правообладатель                                                                                   | Код идентификации производства | Методика поверки                                                           | Интервал между поверками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заявитель                                                                                         | Юридическое лицо, проводившее испытания       | Дата утверждения акта |
|-------|---------------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 2                   | 3                | 4                          | 5          | 6                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                 | 8                                                                                                 | 9                              | 10                                                                         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                | 13                                            | 14                    |
| 1.    | Уровнемеры радарные | ЭМИС-ПУЛЬС 530   | С                          | 92949-24   | мод. ExiaC-Ж-1-30-КА-2,5-И-80-24-1-М-Ж-А-G1,5 зав. №101; мод. Exdia-Ж-2-10-ЛА-2,5-И-80-24-1-М-Ж-А-G1,5 зав. №102; мод. Exd-Ж-1-35-ЛА-2,5-И-80-24-2-М-Ж-А-Ф-Х зав. №103 | Акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы» (АО «ЭМИС»), г. Челябинск | Акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы» (АО «ЭМИС»), г. Челябинск | ОС                             | МП-701/09-2023 «ГСИ. Уровнемеры радарные ЭМИС-ПУЛЬС 530. Методика поверки» | 1 год - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\leq \pm 3$ мм; 3 года - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности свыше $\pm 3$ мм; 3 года - для уровнемеров, работающих при избыточном давлении (кроме работающих со сжиженными газами); 5 лет - для уровнемеров для измерений уровня сжиженных газов | Акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы» (АО «ЭМИС»), г. Челябинск | ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Московская обл., г. Чехов | 10.01.2023            |