

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «20 » _____ июня _____ 2025 г. № 1238

Сведения
об утвержденном типе средства измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Счетчики газа объемные диафрагменные с коррекцией	МК-ЕТ	С	93366-24	МК-ЕТК G4 зав. №50379168, МК-ЕТК G6 зав. №50379183, МК-ЕТ G65 зав. №50379175	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЭКО ГмбХ» (ООО «МЕТЭКО ГМБХ»), г. Москва	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЭКО ГмбХ» (ООО «МЕТЭКО ГМБХ»), г. Москва	ОС	МП-355-2024 (с изменением №1) «ГСИ. Счетчики газа объемные диафрагменные с коррекцией МК-ЕТ. Методика поверки»	6 лет	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЭКО ГмбХ» (ООО «МЕТЭКО ГМБХ»), г. Москва	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	05.07.2024