

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27 » _____ июня 2025 г. № 1297

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервале между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистрационн ый номер в ФИФ	Правообладател ь	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Термопреобразователи сопротивления	ТСМ 012, ТСП 012	Исполнение ТСП 012.03В.Сп(01)-Ехi- Pt100-B-2-2-128-6-H-O- O-O-П(-196/120 °С) зав. №№ 1372, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1382, 1383, 1385, 1386, 1388, 1390, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1398, 1399, 1400, 1401, 1764, 1765, 1767, 1769, 1770, 1771, 1772, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430	60966-15	-	ТСМ 012: 3 года; 2 года – для ТС классов В, С с диапазоном измерений температуры от +150 до 180 °С; ТСП 012: 3 года; 2 года – для ТС класса АА; 5 лет – для ТС классов А, В, С с диапазоном измерений температуры от -60 до +200 °С; 20 лет – для исполнений ТСП 012.03В.Сп(01)-Оп и ТСП 012.03В.Сп(01)- Ехi с условным обозначением НСХ преобразования по ГОСТ 6651-2009 – Pt100, класс допуска «В» и имеющих диапазон измерений температуры от минус 196 до плюс 120 °С	Закрытого акционерного общества Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор» (ЗАО СКБ «Термоприбор»), г. Москва	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва