

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «08» августа 2025 г. № 1616

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Добавляе- мый изгото- витель	Интервал между поверками	Дата утверж- дения акта испытаний	Заявитель	Юридичес- кое лицо, проводивш ее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Уровнемеры микроволновые	СЕНС УМВ	52949, 52950	87642-22	Общество с ограниченно й ответственно стью Научно- производстве нное предприятие «СЕНСОР» (ООО НПП «СЕНСОР»), Пензенская обл., г. Заречный	-	МП 208-047- 2022 с изменением № 2	-	-	1 год для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня $\leq \pm 3$ мм, 3 года для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня свыше ± 3 мм и для уровнемеров, работающих	05.05. 2025	Общество с ограниченно й ответственно стью Научно- производстве нное предприятие «СЕНСОР» (ООО НПП «СЕНСОР»), Пензенская обл., г. Заречный	ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест», г. Москва

										при избыточном давлении, 5 лет для уровнемеров для измерений уровня сжиженных газов			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--