

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «08» августа 2025 г. № 1628

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Добавляемый изготовитель	Дата утверж- дения акта испыта- ний	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Гигрометры	«Фармацевт»	№№ 000035, 000029, 000045 (модель ТМФЦ-99), 000033, 000047, 000025 (модель ТМФЦ- 212), 000042, 000027, 000034 (модель ТМФЦ- 102)	79106-20	-	МП 207-005- 2020	-	РТ-МП-895- 207-2025	-	26.06. 2025	Общество с ограниченно й ответственно стью «Фарм- Сиб» (ООО «Фарм- Сиб»), Московская обл., г. Талдом, с. Темпы	ФБУ «НИЦ ПМ - РОСТЕСТ», г. Москва