

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «13» августа 2025 г. № 1684

Сведения
об утвержденном(ых) типе(ах) средства(в) измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Датчики давления сдвоенные	2ДД	Е	96110-25	модификация 2ДД-25КМР, зав. № 48730145; 48730661; 48730662; 48730666; 48730764; 48730784; 48730944; 48730945; 48730946; 48730947; 48730948; 48730949; 48730950; 48730951; 48730953; 48730954; 48730955; 48730958; 48730960; 48730962;	Акционерное общество энгельское опытноконструкторское бюро "Сигнал" им. А.И. Глухарева (АО ЭОКБ "Сигнал" им. А.И. Глухарева), Саратовская область, р-н Энгельский, рп. Приволжский ИНН 649013609	Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (АО "ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА"), г. Москва ИНН 7730239877	ОС	МП-637-2024 "ГСИ. Датчики давления сдвоенные 2ДД. Методика поверки"	3 года	Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (АО "ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА"), г. Москва ИНН 7730239877	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ Метрология", Московская обл., г. Чехов	02.12.2024

					48724472; 48724473; 48724480; 48724496; 48724507; 48724523; 48727401; 48727402; 48727416; 48727417; 48730830; 48730832; 48730835; 48730840; 48730912; 48730913; 48730914; 48730917; 48730918; 48730920; 48730922; 48730923; 48730925; 48730927; 48730932; 48730933; 48730936; 48730938; 48730940; 48730941; модификация 2ДД-400КМР, зав. № 48730752; 48730753; 48730754; 48730755; 48730871; 48730874								
2.	Газоанализатор	MaxSys900-1	E	96111-25	SG20230520039A	Signal (Shanghai) Technology Co., Ltd., Китай	Signal (Shanghai) Technology Co., Ltd., Китай	ОС	МП-683-2025 "ГСИ. Газоанализатор	1 год	Акционерное общество "Институт по проектированию	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ Метрология", Мос-	03.06.2025

									MaxSys900 -1. Методика поверки"		предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока" (АО "Сибгипробум"), г. Иркутск, ИНН 3808110031	ковская область, г. Чехов	
3.	Системы автоматического контроля промышленных выбросов	АСКПВ ЭкоМонитор	С	96112-25	100, 101, 102, 103	Общество с ограниченной ответственностью "Сосновоборский машиностроительный завод" (ООО "СМЗ"), Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ИНН 4714001649	Общество с ограниченной ответственностью "Сосновоборский машиностроительный завод" (ООО "СМЗ"), Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ИНН 4714001649	ОС	МП-242-2606-2024 "ГСИ. Системы автоматического контроля промышленных выбросов АСКПВ ЭкоМонитор. Методика поверки"	1 год	Общество с ограниченной ответственностью "Сосновоборский машиностроительный завод" (ООО "СМЗ"), Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ИНН 4714001649	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург	30.10.2024
4.	Системы газоаналитические автоматические	СГА-МСП	С	96113-25	001	Акционерное общество "Метеоспецприбор" (АО "Метеоспецприбор"), г. Санкт-Петербург, ИНН 7810537861	Акционерное общество "Метеоспецприбор" (АО "Метеоспецприбор"), г. Санкт-Петербург, ИНН 7810537861	ОС	РТ-МП-232-201/2-2025 "ГСИ. Системы газоаналитические автоматические СГА-МСП. Методика поверки"	1 год	Акционерное общество "Метеоспецприбор" (АО "Метеоспецприбор"), г. Санкт-Петербург, ИНН 7810537861	ФБУ "НИЦ ПМ - Ростест", г. Москва	18.02.2025
5.	Индикаторы рычажно-зубчатые Werka	Обозначение отсутствует	С	96114-25	Диапазон измерений от 0 до 0,5 мм, цена деления 0,01 мм боковое поло-	Werka Co., Ltd, Китай	Werka Co., Ltd, Китай	ОС	МП 5-233-2025 "ГСИ. Индикаторы рычаж-	1 год	Акционерное общество "Формик" (АО "Формик"),	УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделее-	28.04.2025

					жение шкалы зав. № HGJ0561; диапазон измерений от 0 до 0,2 мм, цена деления 0,002 мм боковое положение шкалы зав. № H1D2653; диапазон измерений от 0 до 0,8 мм, цена деления 0,01 мм торцевое положение шкалы зав. № HFJ0022; диапазон измерений от 0 до 1,6 мм, цена деления 0,01 мм наклонное положение шкалы зав. № HFK0061; диапазон измерений от 0 до 0,2 мм, цена деления 0,002 мм боковое положение шкалы зав. № АОХ44356М/30040 ; диапазон измерений от 0 до 0,5 мм, цена деления 0,01 мм боковое положение шкалы зав. № АОХ51063N/30028; диапазон измерений от 0 до 0,2 мм, цена деления 0,001 мм боковое положение шкалы зав. № АОХ44340М/30078				но-зубчатые Werka. Методика поверки"		г. Санкт-Петербург ИНН 7816017139	ева", г. Екатеринбург	
6.	Шаблоны	Обозна-	С	96115-25	мод. WG-01 зав. №	SHANGHAI	SHANGHAI	ОС	МП-7.027-	1 год	Акционерное	ООО РМЦ	12.03.2025

	сварщика универсаль- ные Калиб- рон	чение отсут- ствует			1892, мод. WG-01+ зав. № 0058, мод. WG-1 зав. № 0145, мод. WG-2+ зав. № 0452, мод. WG-4 HI-LO зав. № 1114, мод. WG-4 HI-LO Economy зав. № 0369, мод. WG-5in зав. № 0983, мод. WG-6 зав. № 2468, мод. WG-7 зав. № 0075, мод. WGU- 8M зав. № 1892, мод. WG-9 зав. № 1347, мод. WG-11 зав. № 1156, мод. WG-11 исп. WG-11 low зав. № 2563, мод. WG-12 зав. № 0238, мод. WG-13 исп. 1 зав. № 0227, мод. WG-13 исп. 2 зав. № 0185, мод. WG-13 исп. 3 зав. № 0326, мод. WG- 13 исп. 4 зав. № 0127, мод. WG-14 зав. № 0635, мод. WG-14 исп. WG-14 low зав. № 0442, мод. WG-17 зав. № 0427, мод. WG-18 зав. № 0061, мод. Ушорова-Маршака зав. № 2588, мод. Ушорова-Маршака цифровой зав. № 0542, мод. УШК-1 зав. № 0743, , мод. УШС-2 зав. №	UNI-STAR TOOLS COM- PANY, Китай	UNI-STAR TOOLS COM- PANY, Китай		2025 "ГСИ. Шаблоны сварщика универ- сальные Калиброн. Методика поверки"		общество Тор- говый дом "Калиброн" (АО ТД "Ка- либрон"), г. Москва ИНН 7719696020	"Калиброн", г. Москва	
--	--	---------------------------	--	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	---	--------------------------	--

					7741, мод. КМС-3-16 зав. № 6653, мод. УПС-3 зав. № 4536, мод. УПС-4 зав. № 0333, мод. WGR исп. 1 зав. № 63025987, мод. WGR исп. 2 зав. № 63042157, мод. WGR исп. 3 зав. № 63023728								
7.	Резервуар горизонтальный стальной	РГС-5-A-CO-Y1	Е	96116-25	7295	Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова" (АО "НЗРМК им. Н.Е. Крюкова"), Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк ИНН 4221002780	Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова" (АО "НЗРМК им. Н.Е. Крюкова"), Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк ИНН 4221002780	ОС	ГОСТ 8.346-2000 "ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки"	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Перспектива" (ООО СК "Перспектива"), г. Москва ИНН 7723434605	ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова", г. Саратов	16.04.2025
8.	Резервуары горизонтальные стальные подземные	РГС-40-2400-1600-A-CO-Y1	Е	96117-25	4256, 4257	Общество с ограниченной ответственностью "Завод Нефтехимического Оборудования" (ООО "ЗНХО"), г. Челябинск ИНН 7452069829	Общество с ограниченной ответственностью "Завод Нефтехимического Оборудования" (ООО "ЗНХО"), г. Челябинск ИНН 7452069829	ОС	ГОСТ 8.346-2000 "ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки"	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Перспектива" (ООО СК "Перспектива"), г. Москва ИНН 7723434605	ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова", г. Саратов	16.04.2025
9.	Машина испытательная	ЕВТ105 А	Е	96118-25	W2501008	Shenzhen Wance Testing	Shenzhen Wance Testing	ОС	МП 48-261-2025	1 год	Общество с ограниченной	УНИИМ - филиал ФГУП	29.05.2025

						Machine Co., Ltd., Китай	Machine Co., Ltd., Китай		"ГСИ. Машина испытательная ЕВТ105А. Методика поверки"		ответственно-стью "Термо Техно Инжиниринг" (ООО "Термо Техно Инжиниринг"), г. Москва ИНН 7704307626	"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Екатеринбург	
10.	Анализаторы спектра и сигналов	AkmeTech AT40	C	96119-25	AkmeTech AT4082L сер. № 01090708240001, AkmeTech AT4052H сер. № 01080808240001	Акционерное общество "Акметрон" (АО "Акметрон"), г. Москва ИНН 7723827170	Акционерное общество "Акметрон" (АО "Акметрон"), г. Москва ИНН 7723827170	ОС	РТ-МП-545-441-2025 "ГСИ. Анализаторы спектра и сигналов AkmeTech AT40. Методика поверки"	1 год	Акционерное общество "Акметрон" (АО "Акметрон"), г. Москва ИНН 7723827170	ФБУ "НИЦ ПМ - Ростест", г. Москва	16.06.2025
11.	Анализаторы сигналов	SPN9026A	C	96120-25	МУ51452355, МУ54454278	Общество с ограниченной ответственностью "Спектран" (ООО "Спектран"), г. Саратов ИНН 6450607692; Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕКТРАН" (ООО "НПП "Спектран"), г. Саратов ИНН 6452135967	Общество с ограниченной ответственностью "Спектран" (ООО "Спектран"), г. Саратов ИНН 6450607692	ОС	РТ-МП-818-441-2025 "ГСИ. Анализаторы сигналов SPN9026A. Методика поверки"	2 года	Общество с ограниченной ответственностью "Спектран" (ООО "Спектран"), г. Саратов ИНН 6450607692	ФБУ "НИЦ ПМ - Ростест", г. Москва	06.06.2025

12.	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	PBC-10000	E	96121-25	35	Общество с ограниченной ответственностью "РН-Морской терминал Туапсе" (ООО "РН-Морской терминал Туапсе"), Краснодарский край, г. Туапсе ИНН 2365004417	Общество с ограниченной ответственностью "РН-Морской терминал Туапсе" (ООО "РН-Морской терминал Туапсе"), Краснодарский край, г. Туапсе ИНН 2365004417	ОС	ГОСТ 8.570-2000 ГСИ "Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки"	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью "РН-Морской терминал Туапсе" (ООО "РН-Морской терминал Туапсе"), Краснодарский край, г. Туапсе ИНН 2365004417	ФБУ "Краснодарский ЦСМ", г. Краснодар	09.06.2025
13.	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	PBC-20000	E	96122-25	34	Общество с ограниченной ответственностью "РН-Морской терминал Туапсе" (ООО "РН-Морской терминал Туапсе"), Краснодарский край, г. Туапсе ИНН 2365004417	Общество с ограниченной ответственностью "РН-Морской терминал Туапсе" (ООО "РН-Морской терминал Туапсе"), Краснодарский край, г. Туапсе ИНН 2365004417	ОС	ГОСТ 8.570-2000 ГСИ "Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки"	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью "РН-Морской терминал Туапсе" (ООО "РН-Морской терминал Туапсе"), Краснодарский край, г. Туапсе ИНН 2365004417	ФБУ "Краснодарский ЦСМ", г. Краснодар	06.06.2025
14.	Приборы оптические координатно-измерительные бесконтактные	Navi	C	96123-25	мод. RS-11 зав. № 20211, мод. RS-11N зав. № HD7531291, 20252	Общество с ограниченной ответственностью "Интегрированные Интеллектуальные Системы" (ООО "ИИС"), Московская обл., г. Балашиха ИНН 5001091708	Общество с ограниченной ответственностью "Интегрированные Интеллектуальные Системы" (ООО "ИИС"), Московская обл., г. Балашиха ИНН 5001091708	ОС	МП АПМ 17-25 "ГСИ. Приборы оптические координатно-измерительные бесконтактные Navi. Методика поверки"	1 год	Общество с ограниченной ответственностью "Интегрированные Интеллектуальные Системы" (ООО "ИИС"), Московская обл., г. Балашиха ИНН 5001091708	ООО "Автопрогресс-М", г. Москва	03.06.2025
15.	Расходомеры	SPMF-P	C	96124-25	P025BN00102307JX	Chengdu Sea	Chengdu Sea	ОС	МП 1743-	4 года	Общество с	ВНИИР - фи-	27.05.2025

	многофазные				, P025AN00142401Z Z, P050AN00222401K L	Pioneers Technology CO., Ltd., Китай	Pioneers Technology CO., Ltd., Китай		9-2025 "ГСИ. Рас- ходомеры многофаз- ные SPMF- Р. Методи- ка повер- ки"		ограниченной ответственно- стью "Инком" (ООО "Ин- ком"), г. Москва ИНН 7729760179	лиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделе- ева", г. Казань	
16.	Установки измеритель- ные мобиль- ные	УЗМ "СИАМ"	Е	96125-25	модификация УЗМ "СИАМ"-А-800-40 зав. №1, модифи- кации УЗМ "СИ- АМ"-А-800-63 за- водские №№ 6, 7, 8, 9, 10	Общество с ограниченной ответственно- стью Томское научно- производ- ственное и внедренческое общество "СИАМ" (ООО ТНПВО "СИАМ"), г. Томск ИНН 7021048359	Общество с ограниченной ответственно- стью Томское научно- производ- ственное и внедренческое общество "СИАМ" (ООО ТНПВО "СИАМ"), г. Томск ИНН 7021048359	ОС	МП 1706- 9-2024 "ГСИ. Установки измери- тельные мобильные УЗМ "СИ- АМ". Ме- тодика по- верки"	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью Томское научно- производ- ственное и внедренческое общество "СИАМ" (ООО ТНПВО "СИ- АМ"), г. Томск ИНН 7021048359	ВНИИР - фи- лиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделе- ева", г. Казань	26.02.2025
17.	Преобразо- ватели дав- ления изме- рительные	RS	С	96126-25	RS53GH-1GS3 с заводским № 8025324754, RS53AH-1FS3 с заводским № 8025324758, RS53GH-1DS3 с заводским № 8025324770, RS43AH-1FS03 с заводским № 8025324766, RS43AH-1ES03 с заводским № 8025324789, RS11MH-1CS03 с заводским № 8425321186, RS11MH-1GS03 с	Общество с ограниченной ответственно- стью "РегСен- сор" (ООО "РегСенсор"), г. Москва ИНН 9725165510	Общество с ограниченной ответственно- стью "РегСен- сор" (ООО "РегСенсор"), г. Москва ИНН 9725165510	ОС	РТ-МП- 901-202- 2025 "ГСИ. Преобразо- ватели давления измери- тельные RS. Методика по- верки"	1 год – для преоб- разова- телей с преде- лами допус- кае- мой основ- ной приве- ден- ной к диапа- зону изме-	Общество с ограниченной ответственно- стью "РегСен- сор" (ООО "РегСенсор"), г. Москва ИНН 9725165510	ФБУ "НИЦ ПМ - Ростест", г. Москва	14.07.2025

					заводским № 8425321187, RS11LH-1ES03 с заводским № 8422380671					рений по- греш- ности $\pm 0,025$ %; 2 года – для преоб- разо- вате- лей с преде- лами допус- кае- мой основ- ной приве- ден- ной к диапа- зону изме- рений по- греш- ности $\pm 0,04$ %, $\pm 0,05$ %; 3 года – для преоб- разо- вате- лей с преде- лами			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

										допус- кас- мой основ- ной приве- ден- ной к диапа- зону изме- рений по- греш- ности $\pm 0,075$ %			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--