

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 25 » августа 2025 г. № 1751

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Комплексы измерительные	ВТХС	С	96207-25	2401 в комплекте с термостатами: заводской номер 2411 модификации МКУБ.681118.261 и заводской номер 2421 модификации МКУБ.681118.265; 2402 в комплекте с термостатами: заводской номер 2412 модификации МКУБ.681118.261 и заводской номер 2422 модификации МКУБ.681118.265	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Метакром» (ООО «НПФ «Метакром»)), Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ИНН 1215046110	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Метакром» (ООО «НПФ «Метакром»)), Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ИНН 1215046110	ОС	МКУБ.406 233.071-01 МП «ГСИ. Комплексы измерительные ВТХС. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Метакром» (ООО «НПФ «Метакром»)), Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ИНН 1215046110	ФБУ «Марийский ЦСМ», г. Йошкар-Ола	11.02.2025
2.	Источники-измерители высоковольтные	Б6-20	С	96208-25	7324055	Общество с ограниченной ответственностью «Остек-Электро» (ООО «Остек-	Общество с ограниченной ответственностью «Остек-Электро» (ООО «Остек-	ОС	МП-НИЦЭ-119-24 «ГСИ. Источники-измерители	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «Остек-Электро» (ООО «Остек-	ООО «НИЦ «ЭНЕРГО», г. Москва	20.02.2025

						Электро)), г. Москва ИНН 7731483966	Электро)), г. Москва ИНН 7731483966		высоковольтные Б6-20. Методика поверки»		Электро)), г. Москва ИНН 7731483966		
3.	Осциллографы цифровые	АКИП-4151	С	96209-25	АКИП-4151/2 № 415120241200002	UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD, Китай	UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD, Китай	ОС	МП-ПР-22-2025 «ГСИ. Осциллографы цифровые АКИП-4151. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Приборы, Сервис, Торговля» (АО «ПриСТ»), г. Москва ИНН 7721212396	АО «ПриСТ», г. Москва	28.05.2025
4.	Нагрузки электронные	АКИП-1389	С	96210-25	АКИП-1389-2К-80-120, серийный номер: N24051073; АКИП-1389-4К-80-60, серийный номер: N24090062	Hunan Next Generation Instrumental T&C Tech. Co.,Ltd., Китай	Hunan Next Generation Instrumental T&C Tech. Co.,Ltd., Китай	ОС	МП-ПР-16-2025 «ГСИ. Нагрузки электронные АКИП-1389. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Приборы, Сервис, Торговля» (АО «ПриСТ»), г. Москва ИНН 7721212396	АО «ПриСТ», г. Москва	27.05.2025
5.	Танки наливного судна «Исидор Барахов»	Обозначение отсутствует	Е	96211-25	11, 12, 21, 21а, 22, 22а, 31, 32, 41, 42	Публичное акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» (ПАО «ЛОРП»), г. Якутск ИНН 1435029085	Публичное акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» (ПАО «ЛОРП»), г. Якутск ИНН 1435029085	ОС	МП 1729-7-2025 «ГСИ. Танки наливного судна «Исидор Барахов». Методика поверки»	5 лет	Публичное акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» (ПАО «ЛОРП»), г. Якутск ИНН 1435029085	ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Казань	04.06.2025
6.	Трансформаторы тока	LZZBJ9-35D1	Е	96212-25	42311015701006, 42311015701010, 42311015701011, 42311015701001, 42311015701003, 42311015701002, 42311015701009,	JIANGSU COSINE ELECTRIC CO., LTD., Китай	JIANGSU COSINE ELECTRIC CO., LTD., Китай	ОС	ГОСТ 8.217-2024 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика по-	8 лет	Общество с ограниченной ответственностью «НОРД СЕРВИС» (ООО «НОРД СЕРВИС»),	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	06.03.2025

					42311015701004, 42311015701005, 42311015701012, 42311015701008, 42311015701007; 42311015702006, 42311015702002, 42311015702015, 42311015702010, 42311015702013, 42311015702009, 42311015702007, 42311015702003, 42311015702001, 42311015702016, 42311015702012, 42311015702014, 42311015702005, 42311015702008, 42311015702011, 42311015702004; 42309264102014, 42309264102001, 42309264102005, 42309264102006, 42309264102015, 42309264102007				верки»		г. Москва ИНН 7725739948		
7.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Лента» ТК-142	Обозначение отсутствует	Е	96213-25	3/142	Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (ООО «Лента»), г. Санкт-Петербург ИНН 7814148471	Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (ООО «Лента»), г. Санкт-Петербург ИНН 7814148471	ОС	МП ЭПР-784-2025 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (ООО «Лента»), г. Санкт-Петербург ИНН 7814148471	ООО «ЭнергоПромРесурс», Московская обл., г. Красногорск	15.05.2025

									(АИИС КУЭ) ООО «Лента» ТК-142. Методика поверки»				
8.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Лента» ТК-168	Обозначение отсутствует	Е	96214-25	3/168	Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (ООО «Лента»), г. Санкт-Петербург ИНН 7814148471	Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (ООО «Лента»), г. Санкт-Петербург ИНН 7814148471	ОС	МП ЭПР-783-2025 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Лента» ТК-168. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (ООО «Лента»), г. Санкт-Петербург ИНН 7814148471	ООО «ЭнергоПромРесурс», Московская обл., г. Красногорск	13.05.2025
9.	Комплексы программно-технические	Externum	С	96215-25	05246954	Общество с ограниченной ответственностью «РегЛаб» (ООО «РегЛаб»), г. Екатеринбург ИНН 6658551752	Общество с ограниченной ответственностью «РегЛаб» (ООО «РегЛаб»), г. Екатеринбург ИНН 6658551752	ОС	МП-НИЦЭ-104-24 «ГСИ. Комплексы программно-технические Externum. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «РегЛаб» (ООО «РегЛаб»), г. Екатеринбург ИНН 6658551752	ООО «НИЦ «ЭНЕРГО», г. Москва	09.06.2025
10.	Генераторы сигналов произвольной формы	RIGOL DG900Pro	С	96216-25	DG922Pro зав. № DG9R264000852; DG922Pro зав. № DG9R264000854	Компания Rigol Technologies Co., Ltd, Китай	Компания Rigol Technologies Co., Ltd, Китай	ОС	МП DG900Pro/2025 «ГСИ. Генераторы	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-	АО «АКТИ-Мастер», г. Москва	15.05.2025

									ры сигналов произвольной формы RIGOL DG900Pro. Методика поверки»		Тул» (ООО «Мастер-Тул»), г. Москва ИНН 7710264988		
11.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Шарьповская	Обозначение отсутствует	Е	96217-25	ЭСТ.015	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва ИНН 4716016979	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва ИНН 4716016979	ОС	ЭСТ-МП-015-2025 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Шарьповская. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехлаб» (ООО «Энерготехлаб»), г. Чебоксары ИНН 2130228521	ООО «Энергостандарт», г. Хабаровск	23.05.2025
12.	Уровнемеры буйковые	UHS-FD	С	96218-25	2502-0038-01, 2502-0039-02	«JIANGSU XINHUI MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.», Китай	«JIANGSU XINHUI MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.», Китай	ОС	РТ-МП-683-208-2025 «Уровнемеры буйковые UHS-FD. Методика поверки»	1 год - для уровней с пределами допусковой абсолют-	«JIANGSU XINHUI MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.», Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	20.05.2025

										ной по- греш- ности менее ±3 мм вклю- чи- тель- но; 3 года - для уровне- меров с пре- дела- ми допус- кае- мой абсо- лют- ной по- греш- ности свыше ±3 мм и для уровне- меров, рабо- таю- щих при избы- точ- ном давле- нии			
13.	Уровнемеры	UHS-33	C	96219-25	UHS-3302 с зав. №	«JIANGSU	«JIANGSU	ОС	РТ-МП-	1 год -	«JIANGSU	ФБУ «НИЦ	20.05.2025

	радарные				2502-0028-01, UHS-3303 с зав. № 2502-0028-02, UHS-3304 с зав. № 2502-0028-03, UHS-3308 с зав. № 2502-0028-04, UHS-3309 с зав. № 2502-0028-05	XINHUI MEASURE-MENT AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.», Китай	XINHUI MEASURE-MENT AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.», Китай		682-208-2025 «Уровнемеры радарные UHS-33. Методика поверки»	для уровней с пределами допускаемой абсолютной погрешности менее ± 3 мм включительно; 3 года - для уровней с пределами допускаемой абсолютной погрешности свыше ± 3 мм и для уровне	XINHUI MEASURE-MENT AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.», Китай	ПМ - Ростест», г. Москва	
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--------------------------	--

										меров, работающих при избыточном давлении			
14.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Трансэнергосбыт», шестая очередь	Обозначение отсутствует	Е	96220-25	006	Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнергосбыт» (ООО «Трансэнергосбыт»), г. Нижний Новгород ИНН 7606070601	Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнергосбыт» (ООО «Трансэнергосбыт»), г. Нижний Новгород ИНН 7606070601	ОС	МП ЭПР-786-2025 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Трансэнергосбыт», шестая очередь. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнергосбыт» (ООО «Трансэнергосбыт»), г. Нижний Новгород ИНН 7606070601	ООО «ЭнергоПромРесурс», Московская обл., г. Красногорск	16.05.2025
15.	Расходомеры массовые кориолисовые	АльфаМасс	С	96221-25	АльфаМасс-Б015-ИСАФЕ31-А4ЕВ+А1 зав. № 1040А0001; АльфаМасс-А025-ИСАФЕ31-А4ЕВ+А1 зав. № 1040А0002; Аль-	Общество с ограниченной ответственностью «Альфаметрикс» (ООО «Альфаметрикс»), г. Уфа ИНН	Общество с ограниченной ответственностью «Альфаметрикс» (ООО «Альфаметрикс»), г. Уфа ИНН	ОС	РТ-МП-69-208-2025 «ГСИ. Расходомеры массовые кориолисовые АльфаМасс.	4 года - при измерении расхода и/или коли-	Общество с ограниченной ответственностью «Альфаметрикс» (ООО «Альфаметрикс»), г. Уфа ИНН	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	23.05.2025

					фаМасс-А080- ИСАФЕ31- А4ЕВ+А1 зав. № 1040А0003	0273910457	0273910457		Методика поверки»	чества газа; 5 лет - при изме- рении расхо- да и/или коли- чества жид- кости; 1 год - при изме- рении массы и объ- ема нефти; 1 год - канал изме- рения плот- ности	0273910457		
--	--	--	--	--	---	------------	------------	--	----------------------	---	------------	--	--