

Регистрационный № 91745-24

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термоиндикаторы регистрирующие Smartag

Назначение средства измерений

Термоиндикаторы регистрирующие Smartag (далее по тексту - термоиндикаторы) предназначены для непрерывных измерений температуры окружающей среды (в т.ч. жидкости) в помещениях, для хранения и при транспортировке различной продукции, а также для измерений относительной влажности воздуха.

Описание средства измерений

Конструктивно термоиндикаторы выполнены в виде компактного корпуса из ABS пластика со встроенным или выносным датчиком температуры, температуры и влажности. Модификация «Smartag Zond» является измерительным зондом для дальнейшего подключения к модификации Smartag TZ, а также для измерения параметров температуры и/или влажности в логгерах и любых системах мониторинга с интерфейсом подключения I2C. Smartag Zond выполнен в 2х корпусах (пластиковый (для измерения температуры и влажности) и стальная герметичная гильза (для измерения температуры окружающей среды, а также измерения температуры жидкостей не агрессивных к материалу гильзы).

При использовании специального защитного ПВХ пакета допускается погружать измеритель со встроенным датчиком температуры в жидкость, не агрессивную к материалу защитного пакета.

Принцип действия термоиндикаторов основан на аналогово-цифровом преобразовании электрического напряжения на резисторе с выраженной температурной зависимостью его электрического сопротивления от температуры (модификации со встроенным аналоговым датчиком «Smartag mini», «Smartag») или на получении численных значений, пропорциональных измеряемым величинам, от встроенного цифрового датчика (модификации «Smartag RHT», «Smartag RS-T, Smartag RS- RHT Smartag T, Smartag track») или от внешнего цифрового датчика, подключаемого к термоиндикаторам через кабель с разъемом (модификация «Smartag TZ»). Термоиндикаторы выпускаются в нескольких модификациях: Smartag Zond, Smartag mini, Smartag, Smartag T, Smartag RHT, Smartag TZ, Smartag RS-T, Smartag RS- RHT, Smartag track – которые отличаются количеством каналов, элементами питания и метрологическими характеристиками.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, наносится на информационную табличку (этикетку) типографским способом в виде буквенно-цифрового обозначения.

Общий вид термоиндикатора и место нанесения заводского номера представлены на рисунке 1.

Термоиндикаторы являются автономными измерительными и беспроводными приемо-передающим устройствами.



«Smartag Zond»

Рис 1а



Место нанесения
заводского номера



«Smartag mini»

Рис 1б




«Smartag»

Рис 1в



«Smartag T»

Рис 1г



Место нанесения
заводского номера

«Smartag RHT»

Рис 1д



«Smartag TZ»

Рис 1е

Рисунок 1 (а, б, в, г, д, е) – Общий вид термоиндикаторов, зондов и места нанесения заводского номера



«Smartag RS-T»
Рис 1ж



«Smartag RS-RHT»
Рис 1з



«Smartag track»
Рис 1и

Рисунок 1 (ж, з, и) – Общий вид термоиндикаторов и место нанесения заводского номера

Пломбирование термоиндикаторов не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) термоиндикаторов состоит из двух частей: из встроенного и автономного ПО.

Метрологически значимым является только встроенное ПО, загружаемое в термоиндикатор на предприятии-изготовителе во время производственного цикла. Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014.

Автономное ПО «HDSC MCU Programmer» используется только ограниченным кругом пользователей и применяется для программирования с расширенными возможностями измерителей однократного и многократного применения, приведены в таблице 1.

Автономное ПО «Smartag User» используется неограниченным кругом пользователей и предназначено для настройки и считывания информации, полученной от измерителей многократного применения, приведены в таблице 1.

Идентификационные данные автономного ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	HDSC MCU Programmer	Smartag User
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже Ver 1.0.0.0	не ниже Ver 1.1

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений температур, °C	от -30 до +70
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне, °C от -30 °C до +40 °C включ. св. +40 °C до +70 °C	± 0,5 ± 0,7
Диапазон измерений относительной влажности (только для модификаций Smartag RHT, Smartag TZ, Smartag RS- RHT), %	от 5 до 95
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха (только для модификаций Smartag RHT, Smartag TZ, Smartag RS- RHT), %	± 5

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации термоиндикаторов: - температура окружающего воздуха, °C - атмосферное давление, кПа - относительная влажность окружающего воздуха (без конденсации), %	от -30 до + 70 от 84 до 106,7 от 5 до 100
Габаритные размеры датчиков (Ш×Д×В), мм, не более - ширина - длина - высота	89 52 40
Масса, кг, не более	0,055
Напряжения питания, В	3,0
Средний срок службы, лет, не менее	5
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	30000

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплект средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Термоиндикатор регистрирующий	Smartag ¹⁾	1 шт.
Зарядное устройство с кабелем и разъемом microUSB	—	1 шт.
Руководство по эксплуатации	—	1 экз.
Паспорт	—	1 экз.
Примечание: ¹⁾ – модификация в соответствии с заказом		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 5 «Работа с термоиндикатором» руководства по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средствам измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2023 г. № 2415 «Об утверждении Государственной поверочной для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2022 г. № 3253 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»

ГОСТ Р 56940-2016 Регистраторы температуры, используемые при транспортировании, хранении и распределении охлажденной, замороженной и глубокой/быстрой заморозки пищевой продукции и мороженого. Испытания, эксплуатационные характеристики, пригодность к применению

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»

ТУ 26.51.53-001-96043623-2022 Термоиндикаторы регистрирующие Smartag. Технические условия

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Хладверк Групп»

(ООО «Хладверк Групп»)

Юридический адрес: 115191, г. Москва, Духовской пер, д. 17, стр. 15, помещ. 11н/2, офис 167

ИНН: 7751225272

Телефон: +7 495 122 22 51

E-mail: info@hладverk.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Хладверк Групп»

(ООО «Хладверк Групп»)

Юридический адрес: 115191, г. Москва, Духовской пер, д. 17, стр. 15, помещ. 11н/2, офис 167

Адрес места осуществления деятельности: 142281, Московская обл., г.о. Серпухов, г. Протвино, Кременковское ш., д. 2

ИНН: 7751225272

Телефон: +7 495 122 22 51

E-mail: info@hладverk.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Юридический адрес: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28

Адрес места осуществления деятельности: 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2

Web-сайт: <https://prommash-test.ru>

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312126