



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

13 октября 2025 г.

№ 2203

Москва

**Об утверждении Государственного первичного эталона
единицы плотности потока энергии электромагнитного поля
в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц
и Государственной поверочной схемы для средств измерений плотности
потока энергии электромагнитного поля
в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц**

В соответствии с подпунктом 5.4.18 пункта 5 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294, пунктом 6 Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», Требованиями к содержанию и построению государственных поверочных схем и локальных поверочных схем, в том числе к их разработке, утверждению и изменению, утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 11 февраля 2020 г. № 456¹, руководствуясь Планом разработки, пересмотра и утверждения государственных поверочных схем на 2024 год, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2023 г. № 2823 (с изменениями, внесенными приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2024 г. № 286, от 24 апреля 2024 г. № 1089, от 14 августа 2024 г. № 1893, от 9 октября 2024 г. № 2358, от 19 ноября 2024 г. № 2714, от 6 декабря 2024 г. № 2885, от 28 декабря 2024 г. № 3150), в связи с выполнением федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-

¹ Зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2020 г., регистрационный № 59419.

исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» работ по совершенствованию Государственного первичного эталона единицы плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 0,3-178 ГГц (ГЭТ 160-2006) и разработке проекта Государственной поверочной схемы для средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

Государственный первичный эталон единицы плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178, 4 ГГц и присвоить ему регистрационный номер ГЭТ 160-2025²;

Государственную поверочную схему для средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц³, прилагаемую к настоящему приказу;

ученым-хранителем ГЭТ 160-2025 Колотыгина Сергея Александровича, кандидата технических наук, начальника лаборатории 132 «Лаборатория измерений плотности потока энергии» научно-исследовательского отделения «Метрология радиотехнических и электромагнитных измерений» (НИО-1) федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»⁴.

2. Установить:

1) обязательные метрологические, технические требования (характеристики) ГЭТ 160-2025, указанные в его паспорте;

2) правила содержания и применения ГЭТ 160-2025, хранящиеся в ФГУП «ВНИИФТРИ»;

3) межаттестационный интервал ГЭТ 160-2025, равный 5 годам;

4) место хранения, содержания и применения ГЭТ 160-2025 – ФГУП «ВНИИФТРИ»;

5) что ГПС применяется для ГЭТ 160-2025, прослеживаемых к нему эталонов и средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц и вводится в действие с 20 октября 2025 г.;

6) что эталоны, аттестованные на соответствие требованиям ГОСТ Р 8.574-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц»⁵, или локальным поверочным схемам, применяются до даты окончания срока действия свидетельства об аттестации, выданного до ввода в действие ГПС;

7) что эталоны, аттестованные на соответствие требованиям ГОСТ Р 8.574-2000, соответствующие по своим метрологическим характеристикам указанному разряду ГПС, подлежат периодической аттестации

² Далее – ГЭТ 160-2025.

³ Далее – ГПС.

⁴ Далее – ФГУП «ВНИИФТРИ».

⁵ Далее – ГОСТ Р 8.574-2000.

на соответствие ГПС не позднее срока окончания действия свидетельств об аттестации, в документы на эталоны вносятся соответствующие изменения;

8) что эталоны, аттестованные на соответствие требованиям ГОСТ Р 8.574-2000, не соответствующие по своим метрологическим характеристикам указанному разряду ГПС, подлежат первичной аттестации не позднее срока окончания действия свидетельства об аттестации и утверждению в соответствии с ГПС;

9) что эталоны, аттестованные на соответствие локальным поверочным схемам, подлежат первичной аттестации не позднее срока окончания действия свидетельства об аттестации и утверждению в соответствии с ГПС;

10) что информация о прекращении применения эталонов по ГОСТ Р 8.574-2000 или локальным поверочным схемам или об изменении ГПС для эталонов, не требующих переутверждения, передается держателем эталона в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений⁶ после даты окончания срока действия свидетельства об аттестации.

3. Определить состав ГЭТ 160-2025, указанный в его паспорте.

4. ФГУП «ВНИИФТРИ» направить сведения об утверждении ГЭТ 160-2025 и ГПС в федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» для их внесения в Федеральный фонд.

5. Управлению метрологии обеспечить размещение информации об утверждении ГЭТ 160-2025 и ГПС на официальном сайте Росстандарта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Техническому комитету по стандартизации № 206 «Эталоны и поверочные схемы» (ТК 206) (федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева») совместно с ФГУП «ВНИИФТРИ» обеспечить исполнение в установленном порядке процедур по отмене национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 8.574-2000 и направление соответствующего комплекта документов в Управление стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

7. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2006 г. № 1838 «Об утверждении Государственного первичного эталона единицы плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 0,3-178 ГГц».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Е.Р. Лазаренко.

Руководитель

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 66D990443E7A5ED6AB654D8C484E9E37
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 06.05.2025 до 30.07.2026

А.П. Шалаев

⁶ Далее – Федеральный фонд.