

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» октября 2025 г. № 2291

Сведения
об утвержденном типе средства измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Анализаторы углерода и серы	МЕТЭК-700	С	93505-24	№ УС 01-МЕТ-700, № УС 02-МЕТ-700, № УС 03-МЕТ-700, № УС 04-МЕТ-700	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЭКПРО М» (ООО «МЕТЭКПРО М»), г. Ижевск	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЭКПРО М» (ООО «МЕТЭКПРО М»), г. Ижевск	ОС	МП 100-251-2023 «ГСИ. Анализаторы углерода и серы МЕТЭК-700. Методика поверки» с изменением № 1	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЭКПРО М» (ООО «МЕТЭКПРО М»), г. Ижевск	УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Екатеринбург	26.06.2024