

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «¹⁰» _____ ноября 2025 г. № 2425

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Добавляемый изготовитель	Интервал между поверками	Дата утверж- дения акта испыта- ний	Заявител ь	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Уровнемеры многоканальные	ДУУ10	ДУУ10-10- 1-20,00-0-0- 01-1-0-0-0- 000-3-I зав. №3344; ДУУ10-06- 1-4,00-0-0- 01-1-0-1-0- 000-3-I зав. №3345	90312-23	Акционерное общество «Альбатрос» (АО «Альбатрос»), г. Москва	-	МП-642/07- 2023	МП 1733-7- 2025 для вновь изготавливае- мых средств измерений в дополнение к МП-642/07- 2023	-	2 года - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности свыше ±3 мм; 1 год - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности ≤ ±3 мм; 3 года - для уровнемеров, работающих при избыточном	03.04. 2025	Акцион ерное обществ о «Альбат рос» (АО «Альбат рос»), г. Москва	ВНИИР – филиалом ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» г. Казань

										давлении (кроме работающих с сжиженными газами); 5 лет – для уровнемеров, предназначе нных для измерений уровня сжиженных газов			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--