

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «02» декабря 2025 г. № 2619

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Анализаторы диоксида кремния	MT Measure ment Si	С	97014-25	Модель Si-500 с зав. № 1523900001	Акционерное общество «Меттлер-Толедо Восток» (АО «Меттлер-Толедо Восток»), г. Москва, ИНН 7705125499	Акционерное общество «Меттлер-Толедо Восток» (АО «Меттлер-Толедо Восток»), г. Москва, ИНН 7705125499	ОС	МП 2450-0040-2025 «ГСИ. Анализаторы диоксида кремния MT Measure ment Si. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Меттлер-Толедо Восток» (АО «Меттлер-Толедо Восток»), г. Москва, ИНН 7705125499	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	02.07.2025
2.	Преобразователи измерительные многофункциональные	Ария	С	97015-25	72502001, 72502002, 72502003, 72502004, 72502005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Экситон-автоматика» (ООО НПФ «Экситон-автоматика»),	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Экситон-автоматика» (ООО НПФ «Экситон-автоматика»),	ОС	НА.ГНМЦ. 0905-25 МП «ГСИ. Преобразователи измерительные многофункциональные Ария. Методика по	4 года	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Экситон-автоматика» (ООО НПФ «Экситон-автоматика»),	АО «Нефтеавтоматика», г. Казань	02.07.2025

						г. Уфа ИНН 0278085342	г. Уфа ИНН 0278085342		верки»		г. Уфа ИНН 0278085342		
3.	Приборы для измерений отклонений формы и расположения поверхностей вращения	MetroLLab RoundScan	С	97016-25	RoundScan RA50 зав. № M161224	Общество с ограниченной ответственностью «БМСЛ» (ООО «БМСЛ»), г. Москва ИНН 9718117499 (производственная площадка: Xi'an Wilson Precision Instruments Co., Ltd, Китай)	Общество с ограниченной ответственностью «БМСЛ» (ООО «БМСЛ»), г. Москва ИНН 9718117499	ОС	МП 203-58-2024 «ГСИ. Приборы для измерений отклонений формы и расположения поверхностей вращения MetroLLab RoundScan. Методика поверки»	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «БМСЛ» (ООО «БМСЛ»), г. Москва ИНН 9718117499	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва	04.11.2024
4.	Устройства диагностические зарядно-разрядные	АКТИВАТОР AEAC-12V	С	97017-25	AEAC-12V-20 зав №349, AEAC-12V-35 зав. №350, AEAC-12V-65 зав №351	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Алекто-Электроникс» (ООО «Фирма «Алекто-Электроникс»), г. Омск ИНН 5504043115	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Алекто-Электроникс» (ООО «Фирма «Алекто-Электроникс»), г. Омск ИНН 5504043115	ОС	АЕМП.411 728.001МП «ГСИ. Устройства диагностические зарядно-разрядные АКТИВАТОР AEAC-12V. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Алекто-Электроникс» (ООО «Фирма «Алекто-Электроникс»), г. Омск ИНН 5504043115	ФБУ «Омский ЦСМ», г. Омск	11.08.2025
5.	Газоанализаторы портативные	Лидер	С	97018-25	Исполнение Лидер 041М с сер. № 603202500001, исполнение Лидер 04 с сер. № 603202500002, исполнение Лидер 021 с сер. № 603202500003, ис-	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-ГазДетектор» (ООО «Лидер-ГазДетектор»), г. Москва, ИНН	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-ГазДетектор» (ООО «Лидер-ГазДетектор»), г. Москва, ИНН	ОС	МП-727-2025 «ГСИ. Газоанализаторы портативные Лидер. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-ГазДетектор» (ООО «Лидер-ГазДетектор»), г. Москва, ИНН	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	15.08.2025

					полнение Лидер 04 с сер. № 603202500004, исполнение Лидер 01 с сер. № 372214700165, исполнение Лидер 021 с сер. № 362808700442	9721062377	9721062377				9721062377		
6.	Резервуар вертикальный железобетонный прямоугольный	РП-10000	Е	97019-25	Зав. № 3	ЛСУ треста «Севэнергострой», г. Ленинград (Резервуар изготовлен в 1984 г.)	ЛСУ треста «Севэнергострой», г. Ленинград	ОС	МП 0099-2025 «ГСИ. Резервуар вертикальный железобетонный прямоугольный РП-10000. Методика поверки»	5 лет	Автовская теплоэлектроцентраль филиал «Невский» Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» (Автовская ТЭЦ филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»), г. Санкт-Петербург ИНН 7841312071	ООО «МетроКонТ», г. Казань	26.08.2025
7.	Усилители согласующие цифровые	Обозначение отсутствует	С	97020-25	МИ-2004 сер. № 404029503, МИ-2004А сер. № 404029502	«Econ Technologies Co., Ltd», Китай	«Econ Technologies Co., Ltd», Китай	ОС	РТ-МП-967-204-2025 «ГСИ. Усилители согласующие цифровые. Методика поверки»	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «АСМ тесты и измерения» (ООО «АСМ тесты и измерения»), г. Москва ИНН 7713284968	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	18.06.2025
8.	Комплекс программно-технических	Обозначение отсутствует	Е	97021-25	Ц0071081	Акционерное общество «ЕВРАЗ ОБЪ-	Акционерное общество «ЕВРАЗ ОБЪ-	ОС	МИ 2539-99 «ГСИ. Измери-	4 года	Общество с ограниченной ответствен-	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метро-	29.08.2025

	средств Т-системы ДОФ	ствует				ЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»), Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк ИНН 4218000951	ЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»), Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк ИНН 4218000951		тельные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки»		стью «ЭлеСи-Про» (ООО «ЭлеСи-Про»), г. Томск ИНН 7017042202	логия», г. Чехов	
9.	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-5000	Е	97022-25	Зав. № 5	Публичное акционерное общество «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова (ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова), г. Ижевск ИНН 1831034040	Публичное акционерное общество «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова (ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова), г. Ижевск ИНН 1831034040	ОС	ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки»	5 лет	Публичное акционерное общество «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова (ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова), г. Ижевск ИНН 1831034040	ООО ИК «СИБИНТЕК», г. Москва	22.08.2025
10.	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВСП-20000	Е	97023-25	Зав. № 10	Акционерное общество «Транснефть-Север» (АО «Транснефть-Север»), Республика Коми, г. Ухта ИНН 1102016594	Акционерное общество «Транснефть-Север» (АО «Транснефть-Север»), Республика Коми, г. Ухта ИНН 1102016594	ОС	ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки» и МП 1762-7-2025	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью «Метролог» (ООО «Метролог»), г. Архангельск ИНН 2901150728	ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Казань	16.09.2025

									«ГСИ. Резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВСП-20000. Методика поверки»				
11.	Датчики-индикаторы уровня	РИС	С	97024-25	Датчик-индикатор уровня РИС 101СКБ-092-22,0-220-42 зав. № 9530; Датчик-индикатор уровня РИС 101СКБ-012-1,084-220-42 зав. № 9531; Датчик-индикатор уровня РИС 101СКБ-064-0,8-220-42 зав. № 9532.	Общество с ограниченной ответственностью СКБ «Приборы и системы» (ООО СКБ «Приборы и системы»), г. Рязань ИНН6215007977	Общество с ограниченной ответственностью СКБ «Приборы и системы» (ООО СКБ «Приборы и системы»), г. Рязань ИНН6215007977	ОС	РТ-МП-43-208-2025 «ГСИ. Датчики-индикаторы уровня РИС. Методика поверки»	3 года	Общество с ограниченной ответственностью СКБ «Приборы и системы» (ООО СКБ «Приборы и системы»), г. Рязань ИНН6215007977	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	27.10.2025
12.	Системы мониторинга состояния	ВН7000	С	97026-25	2410001	Beijing Bohua Xinzhi Technology, Inc., Китай	Beijing Bohua Xinzhi Technology, Inc., Китай	ОС	РТ-МП-586-204-2025 «ГСИ. Системы мониторинга состояния ВН7000. Методика поверки»	3 года	«Shanghai OUCE Certification Group Co., Ltd», Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	26.09.2025
13.	Трансформаторы напряжения	НКФ-М-330 АУ1	Е	97027-25	зав. №№ 1080, 10839, 10985, 11182	ПО «Запорожтрансформатор», г. Запорожье (изготовлены в 1992-1994 гг.)	ПО «Запорожтрансформатор», г. Запорожье	ОС	ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерТест» (ООО «ЭнерТест»), Московская обл., г. Химки, ИНН	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	20.10.2025

											7716741740		
14.	Трансформаторы тока	ТФН-35М	Е	97028-25	зав. №№ 2176, 9240, 11701, 11951, 11952, 12021, 12063, 13542, 14449, 15902, 16130, 19865, 20205	ПО «Запорожтрансформатор», г. Запорожье (изготовлены в 1971-1980 гг.)	ПО «Запорожтрансформатор», г. Запорожье	ОС	ГОСТ 8.217-2024 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерТест» (ООО «ЭнерТест»), Московская обл., г. Химки, ИНН 7716741740	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	16.10.2025
15.	Трансформаторы напряжения	НКФ 220-58	Е	97029-25	зав. №№ 977502, 979514, 979515	МНПО «Электрозавод», г. Москва (изготовлены в 1970 г.)	МНПО «Электрозавод», г. Москва	ОС	ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерТест» (ООО «ЭнерТест»), Московская обл., г. Химки, ИНН 7716741740	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	15.10.2025