

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 05 » _____ декабря 2025 г. № _____

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Интервал между поверками	Добавляем ый изготовите ль	Дата утвер- ждения акта испыт аний	Заявитель	Юридичес кое лицо, проводивш ее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Счетчики жидкости камерные лопастные	ВМ	Модификаци я BM05CUL11 FW2M с зав. № РМ0141; модификация BM08CDUL1 1FI2M с зав. № РМ0104; модификация BM10CUL11 FW2M с зав. № РМ0117; модификация BM15CUL11 FI2M с зав. № РМ0118	92880-24	Фирма Chongqing Endurance Industry Stock Co., Ltd, Китай	МП 208-054- 2024	-	РТ-МП-803- 208-2025	2 года – для счетчиков с пределами допускаемой относительной погрешности измерений объема $\pm 0,15\%$; 5 лет – для счетчиков с пределами допускаемой относительной погрешности измерений объема $\pm 0,2\%$	-	22.10 .2025	Общество с ограниченн ой ответствен ностью «БАЛТИН ТЕРТАНК» (ООО «БАЛТИН ТЕРТАНК»), г. Санкт- Петербург	ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест», г. Москва