

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» декабря 2025 г. № 2754

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Датчики давления	JUMO p20Pro	C	97136-25	модификация 403525, зав.№ 00200001450222500 68; модификация 403525, зав.№ 00200001450225005 40; модификация 403522, зав.№ 00200001450231601 90	JUMO AU- TOMATION DALIAN CO.LTD, Китай	JUMO AU- TOMATION DALIAN CO.LTD, Китай	ОС	МП-942- 2025 «ГСИ. Датчики давления Jumo p20Pro. Методика поверки»	3 года	Общество с ограниченной ответственностью «Данэм- Буш Климат» (ООО «Данэм- Буш Климат»)), г. Москва, ИНН 9718105782	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метро- логия», г. Москва	18.09.2025
2.	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-200 SMART	E	97137-25	S V-P2E78023	Siemens AG, Германия	Siemens AG, Германия	ОС	МИ 2539- 99 «ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно- вычислительных, управляющих, про-	4 года	Акционерное общество «ГИДРО- МАШСЕР- ВИС» (АО «ГИДРО- МАШСЕР- ВИС»)), г. Москва ИНН 7733015025	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метро- логия», г. Чехов	14.08.2025

									граммно-технических комплексов. Методика поверки»				
3.	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические	PBC-3000	Е	97138-25	Зав. №№ К-1041с, К-1045с, К-1048с, К-1066с, К-1069с, К-1081с	Акционерное общество «Нефтебаза «Красный Яр» (АО «Нефтебаза «Красный Яр»), Новосибирская обл., п. Красный Яр ИНН 5433162963	Акционерное общество «Нефтебаза «Красный Яр» (АО «Нефтебаза «Красный Яр»), Новосибирская обл., п. Красный Яр ИНН 5433162963	ОС	ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки»	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью «Траст-бункер-Приморье» (ООО «Траст-бункер-Приморье»), Приморский край, г. Находка ИНН 2508066848	ООО «МЦ+», Иркутская обл., г. Ангарск	04.09.2025
4.	Устройства измерительные электроконтактные	Анаконда ЭКУ	С	97139-25	Модификация ЭКУ-М с зав. № 42215652, модификация ЭКУ-XL с зав. № 42215650, модификация ЭКУ-XL с зав. № 42215651	Общество с ограниченной ответственностью «Планета Инфо» (ООО «Планета Инфо»), г. Санкт-Петербург ИНН 7801347159	Общество с ограниченной ответственностью «Планета Инфо» (ООО «Планета Инфо»), г. Санкт-Петербург ИНН 7801347159	ОС	МП 2511-0003-2025 «ГСИ. Устройства измерительные электроконтактные Анаконда ЭКУ. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Планета Инфо» (ООО «Планета Инфо»), г. Санкт-Петербург ИНН 7801347159	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	19.09.2025
5.	Термоанализатор синхронный	STA PT1000	Е	97140-25	14876/22	Linseis Messgeraete GmbH, Германия	Linseis Messgeraete GmbH, Германия	ОС	МП 2416-0062-2025 «ГСИ. Термоанализатор синхронный STA PT1000. Методика поверки»	1 год	Автономная некоммерческая организация «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (АНО «СЦПП»), г. Москва ИНН	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	24.09.2025

6.	Измеритель глубины закаленного слоя	HTG1000	E	97141-25	240614HTG001	Hangzhou Metrelink Technology Co., Ltd., Китай	Hangzhou Metrelink Technology Co., Ltd., Китай	ОС	РТ-МП-1153-203-2025 «ГСИ. Измеритель глубины закаленного слоя HTG1000. Методика поверки»	1 год	7709398169 Общество с ограниченной ответственностью «ИЗКАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (ООО «ИЗКАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»), г. Санкт-Петербург ИНН 7817301375	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	29.09.2025
7.	Комплексы метеорологические	Ceres	C	97142-25	зав. № 000154	Общество с ограниченной ответственностью «Декартус Лабс» (ООО «Декартус Лабс»), г. Севастополь ИНН 9722042101	Общество с ограниченной ответственностью «Декартус Лабс» (ООО «Декартус Лабс»), г. Севастополь ИНН 9722042101	ОС	МП 254-0259-2025 «ГСИ. Комплексы метеорологические Ceres. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Декартус Лабс» (ООО «Декартус Лабс»), г. Севастополь ИНН 9722042101	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	02.10.2025
8.	Амперметры аналоговые	6L2	C	97143-25	6L2-03072, 6L2-03073, 6L2-03074, 6L2-03075, 6L2-03076, 6L2-03077	Фирма Leqing Gonghua Electric Co., Ltd., Китай	Фирма Leqing Gonghua Electric Co., Ltd., Китай	ОС	РТ-МП-661-201/1.1-2025 «ГСИ. Амперметры аналоговые 6L2. Методика поверки»	2 года	«Mambo Technical Service Co., Ltd.», Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	25.07.2025
9.	Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические	РГС	E	97144-25	модификация РГС-50 (25+25) с зав.№ 113, модификация РГС-50 (40+10) с зав.№ 114, модификация РГС-50 с	Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»	Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»	ОС	ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизон-	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»	ООО «Метро-КонТ», г. Казань	10.10.2025

					зав.№ 115	(ООО «Тат-нефть-АЗС-Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург ИНН 7810145092	(ООО «Тат-нефть-АЗС-Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург ИНН 7810145092		тальные цилиндрические. Методика поверки»		(ООО «Тат-нефть-АЗС-Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург ИНН 7810145092		
10.	Трансформатор напряжения	НКФ-М-330 I У1	Е	97145-25	зав. № 489495	Открытое акционерное общество «Запорожский завод высоковольтной аппаратуры» (ОАО «ЗЗВА»), г. Запорожье	Открытое акционерное общество «Запорожский завод высоковольтной аппаратуры» (ОАО «ЗЗВА»), г. Запорожье	ОС	ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерТест» (ООО «ЭнерТест»), Московская обл., г. Химки, ИНН 7716741740	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	20.10.2025
11.	Трансформаторы тока	IOSK	Е	97146-25	зав. №№ 170446, 170447, 170448, 170449, 170450, 170451, 192921, 192922, 192927, 192928, 192929, 192933, 192942, 192943, 192944, 192945, 192946, 192947	Фирма «CG Power and Industrial Solutions Limited», Индия	Фирма «CG Power and Industrial Solutions Limited», Индия	ОС	ГОСТ 8.217-2024 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерТест» (ООО «ЭнерТест»), Московская обл., г. Химки, ИНН 7716741740	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	21.10.2025
12.	Трансформаторы тока	ТФЗМ-123-II У1	Е	97147-25	зав. №№ 20000000817045, 20000000817046	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИЗ» (ООО «ЭЛИЗ»), г. Запорожье	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИЗ» (ООО «ЭЛИЗ»), г. Запорожье	ОС	ГОСТ 8.217-2024 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерТест» (ООО «ЭнерТест»), Московская обл., г. Химки, ИНН 7716741740	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	15.10.2025
13.	Преобразователи измерительные	NEWPW R	С	97178-25	№№ 400244216872 (серия NPEX модификация	Компания «NANJING NEW POWER	Компания «NANJING NEW POWER	ОС	РТ-МП-832-207-2025 «ГСИ.	5 лет - для преоб-	«Mambo Technical Service Co., Ltd»,	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	30.09.2025

					NPEXA-CM31L), 400244207654 (се- рия NPEX модифи- кация NPEXB- KM31), 400244213973 (се- рия NPEX модифи- кация NPEXA- G31), 400244213460 (серия NPEX мо- дификация NPEXA-G41), 400244220027 (се- рия NPEX модифи- кация NPEXA- H61P2), 400244214979 (се- рия NPEX модифи- кация NPEXA- C2D11), 400244216197 (се- рия NTM2), 400244216196 (се- рия NTM8), 400244213456 (се- рия NPEX модифи- кация NPEXA-C27)	ELECTRIC TECHNOLO- GY CO., LTD.», Китай	ELECTRIC TECHNOLO- GY CO., LTD.», Китай		Преобразо- ватели из- меритель- ные NEWPWR. Методика поверки»	разо- вате- лей, рабо- таю- щих с сигна- лами от тер- мо- преоб- разо- вате- лей сопро- тивле- ния и термо- элек- триче- ских преоб- разо- вате- лей; 4 года - для осталь ных преоб- разо- вате- лей	Китай		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---	-------	--	--