

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «18» декабря 2025 г. № 2791

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приборы для измерения внутренних диаметров специальных труб	«Курьер-152»	Е	97209-25	Модификация 2А64 с зав. № 125; модификация 2А88 с зав. № 126	Акционерное общество «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (АО «ПНИТИ»), г. Пермь, ИНН 5904000518	Акционерное общество «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (АО «ПНИТИ»), г. Пермь, ИНН 5904000518	ОС	МП 4303/0374-2025 «ГСИ. Приборы для измерения внутренних диаметров специальных труб «Курьер-152». Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (АО «ПНИТИ»), г. Пермь, ИНН 5904000518	ФБУ «УРАЛ-ТЕСТ», г. Екатеринбург	07.04.2025
2.	Устройства весоизмерительные автоматические	WorkerInspector Mariner	С	97210-25	WINMR-03K1625-RADB-FSE зав. №24C101; WINMR-10K4055-RFB-FSE зав. №24C103	Фирма «Shanghai Fanci-tech Machinery Co., Ltd», Китай	Фирма «Shanghai Fanci-tech Machinery Co., Ltd», Китай	ОС	МЦКЛ.0371.МП «ГСИ. Устройства весоизмерительные автоматические	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕК» (ООО «ПРОТЕК»), г. Москва, ИНН	ЗАО КИП «МЦЭ», г. Москва	11.09.2025

									WorkerInspector Mariner. Методика поверки»		7713452549		
3.	Трансформаторы напряжения	ЗНОМ-15	Е	97211-25	№ 163, № 175, № 189, № 216, № 273, № 278, № 573, № 12300, № 14112, № 14609, № 14614, № 14623, № 18413, № 18415, № 18420	«Московский электрозавод им. В.В. Куйбышева», г. Москва (изготовлены в период с 1960 по 1967 гг.)	«Московский электрозавод им. В.В. Куйбышева», г. Москва	ОС	ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»	4 года	Филиал Акционерного общества «Возрождение» Луганская ТЭС (филиал АО «Возрождение» Луганская ТЭС), Луганская Народная Республика, г. Луганск ИНН 2635258905	ФБУ «Воронежский ЦСМ», г. Воронеж	30.05.2025
4.	Системы газоаналитические	NLE-FT	С	97212-25	YFW000070	Акционерное общество «НеваЛаб» (АО «НеваЛаб»), Ленинградская обл., г. Всеволожск, ИНН 7810272943	Акционерное общество «НеваЛаб» (АО «НеваЛаб»), Ленинградская обл., г. Всеволожск, ИНН 7810272943	ОС	МП-960-2025 «ГСИ. Системы газоаналитические NLE-FT. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «НеваЛаб» (АО «НеваЛаб»), Ленинградская обл., г. Всеволожск, ИНН 7810272943	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	02.09.2025
5.	Шунт переменного тока эталонный безреактивный	ШЭ-50.0	Е	97213-25	066	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие МАРС-ЭНЕРГО» (ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО»), г. Санкт-	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие МАРС-ЭНЕРГО» (ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО»), г. Санкт-	ОС	МП-2201-0060-2025 «ГСИ. Шунт переменного тока эталонный безреактивный ШЭ-50.0. Методика поверки»	1 год	Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской и Курганской областях, Хан-	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	24.09.2025

						Петербург ИНН 7826694683	Петербург ИНН 7826694683				ты- Мансийском автономном округе-Югре, Ямало- Ненецком ав- тономном округе» (ФБУ «Тюменский ЦСМ»), г. Тю- мень ИНН 7203004003		
6.	Резервуары стальные вертикаль- ные цилин- дрические	РВСС- 3000	Е	97214-25	182, 183, 184, 185	Общество с ограниченной ответственно- стью «Томск- нефтеперера- ботка» (ООО «ТНП»), Том- ская обл., Во- ронинское с. п., с. Семи- лужки ИНН 7014067223	Общество с ограниченной ответственно- стью «Томск- нефтеперера- ботка» (ООО «ТНП»), Том- ская обл., Во- ронинское с. п., с. Семи- лужки ИНН 7014067223	ОС	МП 506- 2025 «ГСИ. Резервуары стальные вертикаль- ные ци- линдриче- ские РВСС- 3000. Ме- тодика по- верки»	5 лет	Общество с ограниченной ответственно- стью «Томск- нефтеперера- ботка» (ООО «ТНП»), Том- ская обл., Во- ронинское с. п., с. Семи- лужки ИНН 7014067223	ФБУ «Том- ский ЦСМ», г. Томск	22.08.2025
7.	Резервуары стальные вертикаль- ные цилин- дрические	РВСС- 1000	Е	97215-25	269, 270, 271, 272	Общество с ограниченной ответственно- стью «Томск- нефтеперера- ботка» (ООО «ТНП»), Том- ская обл., Во- ронинское с. п., с. Семи- лужки ИНН 7014067223	Общество с ограниченной ответственно- стью «Томск- нефтеперера- ботка» (ООО «ТНП»), Том- ская обл., Во- ронинское с. п., с. Семи- лужки ИНН 7014067223	ОС	МП 508- 2025 «ГСИ. Резервуары стальные вертикаль- ные ци- линдриче- ские РВСС- 1000. Ме- тодика по- верки»	5 лет	Общество с ограниченной ответственно- стью «Томск- нефтеперера- ботка» (ООО «ТНП»), Том- ская обл., Во- ронинское с. п., с. Семи- лужки ИНН 7014067223	ФБУ «Том- ский ЦСМ», г. Томск	28.08.2025
8.	Спектромет- ры эмисси- онные с ин- дуктивно- связанной	GBC Quantim a	С	97216-25	Е 1575	GBC Scientific Equipment Pty Ltd., Австра- лия	GBC Scientific Equipment Pty Ltd., Австра- лия	ОС	МП 024.Д4-25 «ГСИ. Спектро- метры	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «КР- Аналитика»	ФГБУ «ВНИИОФИ», г. Москва	31.08.2025

	плазмой								эмиссион- ные с ин- дуктивно- связанной плазмой GBC Quantima. Методика поверки»		(ООО «КР- Аналитика»), г. Москва, ИНН 7725383917		
9.	Система из- мерительно- управляю- щая на базе ПТК AstraRegul АСУ ТП промежу- точного пар- ка производ- ства стирола объектов 1072, 1072А, 1079, 1080 цеха 126/127 АО «Ангар- ский завод полимеров»	Обозна- чение отсут- ствует	Е	97217-25	1341-4595	Общество с ограниченной ответственно- стью «АТИСС» (ООО «АТИСС»)), г. Краснодар ИНН 2311236806	Общество с ограниченной ответственно- стью «АТИСС» (ООО «АТИСС»)), г. Краснодар ИНН 2311236806	ОС	РТ-МП- 548-201/2- 2025 «ГСИ. Система измери- тельно- управляю- щая на базе ПТК AstraRegul АСУ ТП промежу- точного парка про- изводства стирола объектов 1072, 1072А, 1079, 1080 цеха 126/127 АО «Ангар- ский завод полиме- ров». Ме- тодика по- верки»	4 года	Общество с ограниченной ответственно- стью «АТИСС» (ООО «АТИСС»)), г. Краснодар ИНН 2311236806	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	15.09.2025
10.	Спектромет- ры энергии альфа- излучения с	СЭА- МСА03	С	97218-25	Исполнение базо- вое СЭА-МСА03- 01 с зав. №№ СЭА.001.01-24,	Общество с ограниченной ответственно- стью «Научно-	Общество с ограниченной ответственно- стью «Научно-	ОС	ЛСРН.4121 51.003.00.0 00 МП «ГСИ.	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «Научно-	ФГУП «ВНИИФТРИ », Московская обл., рп. Мен-	19.08.2025

	полупроводниковыми детекторами				СЭА.002.01-24, СЭА.003.01-24, СЭА.004.01-24; исполнение 01 СЭА-МСА03-02 с зав. №№ СЭА.001.02-24, СЭА.002.02-24, СЭА.003.02-24, СЭА.004.02-24	исследовательский центр «ЛСРМ» (ООО «НИЦ «ЛСРМ»), г. Москва, ИНН 7735082718	исследовательский центр «ЛСРМ» (ООО «НИЦ «ЛСРМ»), г. Москва, ИНН 7735082718		Спектрометры энергии альфа-излучения с полупроводниковыми детекторами СЭА-МСА03. Методика поверки»		исследовательский центр «ЛСРМ» (ООО «НИЦ «ЛСРМ»), г. Москва, ИНН 7735082718	делеево	
11.	Датчики переменного давления	5С2	С	97219-25	5С203НН-020 зав. № 23001, 5С201ТА-250 зав. № 24002, 5С201ТА-100 зав. № 24003, 5С202ТА-250 зав. № 24003	Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛАБ» (ООО «ГТЛАБ»), Нижегородская обл., г. Саров ИНН 5254494306	Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛАБ» (ООО «ГТЛАБ»), Нижегородская обл., г. Саров ИНН 5254494306	ОС	МП 231-0140-2025 «ГСИ. Датчики переменного давления 5С2. Методика поверки»	3 года	Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛАБ» (ООО «ГТЛАБ»), Нижегородская обл., г. Саров ИНН 5254494306	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	06.10.2025
12.	Установка трубопоршневая	Сапфир НГИ 300-4,0-0,05	Е	97220-25	5	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтегазинжиниринг» (ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг»), г. Уфа ИНН 0278093583	Акционерное общество «Тамбовнефтепродукт» (АО «Тамбовнефтепродукт»), г. Тамбов ИНН 6831004608	ОС	МИ 2974-2006 «Рекомендация. ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые 2-го разряда. Методика поверки поверочной установкой 1-го разряда с компаратором» (с измене-	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «Корвол» (ООО «Корвол»), г. Уфа ИНН 1644012399	ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Казань	25.08.2025

									ниями №№ 1, 2, 3)				
13.	Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические	РГС-30	Е	97221-25	Зав. №№ 557, 558, 559, 560	SAVON KONEHITSAUS OY, Финляндия (зав.№№ 557, 559, 560 изготовлены в 1997 г.; зав.№ 558 изготовлен в 1996 г.)	SAVON KONEHITSAUS OY, Финляндия	ОС	ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки»	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург ИНН 7810145092	ООО «Метро-КонТ», г. Казань	10.10.2025
14.	Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические	РГС-50	Е	97222-25	Зав. №№ 146, 147, 148, 149, 150	SAVON KONEHITSAUS OY, Финляндия (изготовлены в 1996 г.)	SAVON KONEHITSAUS OY, Финляндия	ОС	ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки»	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург ИНН 7810145092	ООО «Метро-КонТ», г. Казань	10.10.2025
15.	Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические	РГС-50	Е	97223-25	Зав. №№ 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	Oy U-Cont Ltd, Финляндия (изготовлены в 1998 г.)	Oy U-Cont Ltd, Финляндия	ОС	ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки»	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»), г. Санкт-	ООО «Метро-КонТ», г. Казань	10.10.2025

											Петербург ИНН 7810145092		
16.	Генераторы сигналов	AkmeTech ATGA-1	С	97224-25	Модификация AkmeTech ATGA- 1067A серийный № BW820Q; модифи- кация AkmeTech ATGA-1045A се- рийный № BW835E, с опцией: ATGA-1000A-LF; модификация AkmeTech ATGA- 1112A серийный № BW812W, с опци- ей: ATGA-1100- LF02; модификация AkmeTech ATGA- 1167A серийный № BD829D, с опция- ми: ATGA-1100- LF02, ATGA-1100- ULN02, ATGA- 1100-AP01	Акционерное общество «Акметрон» (АО «Акмет- рон»), г. Москва ИНН 7723827170	Акционерное общество «Акметрон» (АО «Акмет- рон»), г. Москва ИНН 7723827170	ОС	РТ-МП- 807-441- 2025 «ГСИ. Генерато- ры сигна- лов AkmeTech ATGA-1. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Акметрон» (АО «Акмет- рон»), г. Москва ИНН 7723827170	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	05.09.2025
17.	Трансформа- торы тока	ТФНД- 150 I У1	Е	97225-25	зав. № 241, № 244, № 250	Производ- ственное объ- единение «За- порожтранс- форматор» (ПО «Запо- рожтрансфор- матор»), г. Запорожье (изготовлены в 1974 г.)	Производ- ственное объ- единение «За- порожтранс- форматор» (ПО «Запо- рожтрансфор- матор»), г. Запорожье	ОС	ГОСТ 8.217-2024 «ГСИ. Трансфор- маторы тока. Ме- тодика по- верки»	4 года	Филиал Акци- онерного об- щества «Воз- рождение» Луганская ТЭС (филиал АО «Возрожде- ние» Луган- ская ТЭС), Лу- ганская Народная Рес- публика, г. Луганск ИНН 2635258905	ФБУ «Воро- нежский ЦСМ», г. Воронеж	29.05.2025
18.	Система ав-	Обозна-	Е	97260-25	2	Modcon	Акционерное	ОС	МП-1004-	1 год	Общество с	ООО	15.11.2025

	томатического мониторинга выбросов вредных (загрязняющих) веществ для установки Изомалк-2 MOD-1004IR/1	чение отсутствует				Systems Ltd, Израиль	общество «Газпромнефть-Омский НПЗ» (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»), г. Омск, ИНН 5501041254		2025 «ГСИ. Система автоматического мониторинга выбросов вредных (загрязняющих) веществ для установки Изомалк-2 MOD-1004IR/1. Методика поверки»		ограниченной ответственностью «Модкон» (ООО «Модкон»), г. Москва, ИНН 7720692710	«ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	
19.	Система автоматического мониторинга выбросов вредных (загрязняющих) веществ для установки КПА блок А MOD-1004IR/2	Обозначение отсутствует	Е	97261-25	3	Modcon Systems Ltd, Израиль	Акционерное общество «Газпромнефть-Омский НПЗ» (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»), г. Омск, ИНН 5501041254	ОС	МП-1001-2025 «ГСИ. Система автоматического мониторинга выбросов вредных (загрязняющих) веществ для установки КПА блок А MOD-1004IR/2. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Модкон» (ООО «Модкон»), г. Москва, ИНН 7720692710	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	12.11.2025
20.	Система автоматического мониторинга выбросов вредных (загряз-	Обозначение отсутствует	Е	97262-25	4	Modcon Systems Ltd, Израиль	Акционерное общество «Газпромнефть-Омский НПЗ» (АО «Газ-	ОС	МП-1002-2025 «ГСИ. Система автоматического монито-	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Модкон» (ООО «Модкон»),	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	13.11.2025

	няющих) веществ для установки КПА блок Б MOD- 1004IR/3						ОНПЗ»), г. Омск, ИНН 5501041254		ринга вы- бросов вредных (загрязня- ющих) ве- ществ для установки КПА блок Б MOD- 1004IR/3. Методика поверки»		г. Москва, ИНН 7720692710		
21.	Система ав- томатиче- ского мони- торинга вы- бросов вред- ных (загряз- няющих) веществ для установки КТ-1/1 MOD- 1004IR/6	Обозна- чение отсут- ствует	Е	97263-25	7	Modcon Systems Ltd, Израиль	Акционерное общество «Га- зпромнефть- Омский НПЗ» (АО «Газ- промнефть- ОНПЗ»), г. Омск, ИНН 5501041254	ОС	МП-1006- 2025 «ГСИ. Система ав- томатиче- ского мони- торинга вы- бросов вредных (загрязня- ющих) ве- ществ для установки КТ-1/1 MOD- 1004IR/6. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «Мод- кон» (ООО «Модкон»), г. Москва, ИНН 7720692710	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метро- логия», Мос- ковская обл., г. Чехов	19.11.2025
22.	Система ав- томатиче- ского мони- торинга вы- бросов вред- ных (загряз- няющих) веществ для установки Л- 24/9 MOD- 1004IR/5	Обозна- чение отсут- ствует	Е	97264-25	6	Modcon Systems Ltd, Израиль	Акционерное общество «Га- зпромнефть- Омский НПЗ» (АО «Газ- промнефть- ОНПЗ»), г. Омск, ИНН 5501041254	ОС	МП-1003- 2025 «ГСИ. Система ав- томатиче- ского мони- торинга вы- бросов вредных (загрязня- ющих) ве-	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «Мод- кон» (ООО «Модкон»), г. Москва, ИНН 7720692710	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метро- логия», Мос- ковская обл., г. Чехов	14.11.2025

									ществ для установки Л-24/9 MOD- 1004IR/5. Методика поверки»				
23.	Система автоматического мониторинга выбросов вредных (загрязняющих) веществ для установки АТ-9 MOD-1004IR/8	Обозначение отсутствует	Е	97265-25	9	Modcon Systems Ltd, Израиль	Акционерное общество «Газпромнефть-Омский НПЗ» (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»), г. Омск, ИНН 5501041254	ОС	МП-1007-2025 «ГСИ. Система автоматического мониторинга выбросов вредных (загрязняющих) веществ для установки АТ-9 MOD-1004IR/8. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Модкон» (ООО «Модкон»), г. Москва, ИНН 7720692710	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	20.11.2025
24.	Система автоматического мониторинга выбросов вредных (загрязняющих) веществ для установки АВТ-10 MOD-1004IR/4	Обозначение отсутствует	Е	97266-25	5	Modcon Systems Ltd, Израиль	Акционерное общество «Газпромнефть-Омский НПЗ» (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»), г. Омск, ИНН 5501041254	ОС	МП-1008-2025 «ГСИ. Система автоматического мониторинга выбросов вредных (загрязняющих) веществ для установки АВТ-10 MOD-1004IR/4.	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Модкон» (ООО «Модкон»), г. Москва, ИНН 7720692710	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	21.11.2025

									Методика поверки»				
25.	Система автоматического мониторинга выбросов вредных (загрязняющих) веществ для установки УПС MOD-1004IR/7	Обозначение отсутствует	E	97267-25	8	Modcon Systems Ltd, Израиль	Акционерное общество «Газпромнефть-Омский НПЗ» (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»), г. Омск, ИНН 5501041254	ОС	МП-1005-2025 «ГСИ. Система автоматического мониторинга выбросов вредных (загрязняющих) веществ для установки УПС MOD-1004IR/7. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Модкон» (ООО «Модкон»), г. Москва, ИНН 7720692710	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	18.11.2025