

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «13» января 2026 г. № 26

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Уровнемеры поплавковые	РИЗУР-6000	С	97374-26	РИЗУР-6000-0-У-Ж-Р/Х-1000(100/800/100)-Д-М-Н-0,1/1000/85-3-0 зав. №НР00425-1; РИЗУР-6000-0-У-Ж-Б-1200(100/1000/100)-0-М-Н-0,1/1000/85-3-0 зав. №НР00425-2; РИЗУР-6000-0-У-Г-Ф(В/100/16)-25250(200/24800/250)-Д-М-Н-1,6/1000/80-3-0 зав. №НР00425-3; РИЗУР-6000-0-У-Ж-Р/Г2-5750(150/5500/100)-Д-М-Н-1,5/1000/60-1-0 зав. №НР00425-4; РИЗУР-6000-0-Р-	Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР» (ООО «НПО РИЗУР»), с. Дубровичи, Рязанская обл. ИНН 6234114269	Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР» (ООО «НПО РИЗУР»), с. Дубровичи, Рязанская обл. ИНН 6234114269	ОС	МП-810-2025 «ГСИ. Уровнемеры поплавковые РИЗУР-6000. Методика поверки»	1 год - для уровней с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\leq \pm 3$ мм; 3 года - для уровней	Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР» (ООО «НПО РИЗУР»), с. Дубровичи, Рязанская обл., ИНН 6234114269	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», г. Чехов	16.10.2025

					Г-Р/Х- 10000(100/9650/250))-Д-М-Н2- 0,1/1000/750/85-5-0 зав. №НР00425-5; РИЗУР-6000-0-Р-Г- Р/Х- 1000(100/800/100)- Д-М-Н2- 0,1/1000/920/85-1-0 зав. №НР00425-6					с пре- дела- ми допус- кас- мой абсо- лют- ной по- греш- ности свыше ±3 мм; 3 года - для уровне меров, рабо- таю- щих при избы- точ- ном давле- нии (кроме рабо- таю- щих со сжи- жен- ными газа- ми); 5 лет - для уровне меров для			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

										изме- рений уровня сжи- жен- ных газов			
2.	Расходомеры ультразвуко- вые	РУД-342	С	97375-26	Модификация РУД-342-05.1Е с зав. № 005, моди- фикация РУД-342- 05.1Е-И с зав. № 009, модификация РУД-342-05.1-02 с зав. № 012	Общество с ограниченной ответственно- стью Научно- производ- ственная ком- пания «Гео- электроника сервис» (ООО НПК «Гео- электроника сервис»), г. Тверь ИНН 6950145654	Общество с ограниченной ответственно- стью Научно- производ- ственная ком- пания «Гео- электроника сервис» (ООО НПК «Гео- электроника сервис»), г. Тверь ИНН 6950145654	ОС	МП-826- 2025 «Гос- ударствен- ная систе- ма обеспе- чения единства измерений. Расходо- меры ульт- развуко- вые РУД- 342. Методика по- верки»	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью Научно- производ- ственная ком- пания «Гео- электроника сервис» (ООО НПК «Гео- электроника сервис»), г. Тверь ИНН 6950145654	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метро- логия», г. Чехов, Мос- ковская обл.	18.04.2025
3.	Система ав- томатизиро- ванная ин- формацион- но- измеритель- ная коммер- ческого уче- та электро- энергии (АИИС КУЭ) АО «КДВ» (ЗАО «Бриджтаун Фудс»)	Обозна- чение отсут- ствует	Е	97376-26	1423	Акционерное общество «КДВ» (АО «КДВ»), г. Томск ИНН 7017166840	Акционерное общество «КДВ» (АО «КДВ»), г. Томск ИНН 7017166840	ОС	МП СМО- 3009-2025 «ГСИ. Си- стема ав- томатизи- рованная информа- ционно- измери- тельная коммерче- ского учета электро- энергии (АИИС КУЭ) АО «КДВ» (ЗАО «Бриджта-	4 года	Общество с ограниченной ответственно- стью «Проект- ный институт комплексной автоматиза- ции» (ООО «ПИКА»), г. Владимир ИНН 3328009874	ООО «ПИ- КА», г. Владимир	30.09.2025

									ун Фудс»). Методика поверки»				
4.	Щупы	Обозначение отсутствует	С	97377-26	Обозначение № 1-70 с зав. №2023093933, Обозначение № 2-75 с зав. №2024120336, Обозначение № 3-100 с зав. №2302004236, Обозначение № 4-150 с зав. №2302004247, Обозначение № 5-200 с зав. №2302008443, Обозначение № 6-300 с зав. №2023099294, Обозначение № 7-500 с зав. №2023080217, ленточный щуп - 0,05 с зав. № 2305201478	Общество с ограниченной ответственностью «Микрон» (ООО «Микрон»), г. Москва (производственная площадка: SHANGHAI UNI-STAR TOOLS COMPANY, Китай) ИНН 7719471570	Общество с ограниченной ответственностью «Микрон» (ООО «Микрон»), г. Москва ИНН 7719471570	ОС	МП-7.044-2025 «ГСИ. Щупы. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Микрон» (ООО «Микрон»), г. Москва ИНН 7719471570	ООО РМЦ «Калиброн», г. Москва	01.09.2025
5.	Комплекс антенно-коллиматорный	АКК 1-18	Е	97378-26	Зав. № 001	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова» (АО «НИИП имени В.В. Тихомирова»), Московская обл., г. Жуковский ИНН	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова» (АО «НИИП имени В.В. Тихомирова»), Московская обл., г. Жуковский ИНН	ОС	МП 134-24-03 «ГСИ. «Комплекс антенно-коллиматорный АКК 1-18. Методика поверки»	2 года	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова» (АО «НИИП имени В.В. Тихомирова»), Московская обл., г. Жуковский ИНН 5013045054	ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Солнечногорск, п. Менделеево	30.05.2025

6.	Стенды контроля параметров соединительных рукавов	САИР	С	97379-26	Мод. САИР-00 зав. № 508, мод. САИР-02 зав. № 509	5013045054 Общество с ограниченной ответственностью «НПП Эталон-Инженеринг» (ООО «НПП Эталон-Инженеринг»), г. Екатеринбург ИНН 6678015140	5013045054 Общество с ограниченной ответственностью «НПП Эталон-Инженеринг» (ООО «НПП Эталон-Инженеринг»), г. Екатеринбург ИНН 6678015140	ОС	МП 4700/0453-2025 «ГСИ. Стенды контроля параметров соединительных рукавов САИР. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «НПП Эталон-Инженеринг» (ООО «НПП Эталон-Инженеринг»), г. Екатеринбург ИНН 6678015140	ФБУ «УРАЛ-ТЕСТ», г. Екатеринбург	25.09.2025
7.	Тестеры сигналов аварийных терминалов (Тестер САТ)	Обозначение отсутствует	С	97380-26	зав. № 75219624	Филиал Акционерного общества «Объединённая ракетно-космическая корпорация» «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» (филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»), г. Москва ИНН 7722692000	Филиал Акционерного общества «Объединённая ракетно-космическая корпорация» «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» (филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»), г. Москва ИНН 7722692000	ОС	РТ-МП-914-441-2025 «ГСИ. Тестеры сигналов аварийных терминалов (Тестер САТ). Методика поверки»	1 год	Филиал Акционерного общества «Объединённая ракетно-космическая корпорация» «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» (филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»), г. Москва ИНН 7722692000	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	25.10.2025
8.	Трансформаторы напряжения	TYD-500	Е	97381-26	42226025; 42226031; 42226029; 42225996; 42225993; 42225994; 42226024; 42226028; 42226026;	Фирма Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer Co. Ltd., Китай	Фирма Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer Co. Ltd., Китай	ОС	РТ-МП-1394-201/3-2025 «ГСИ. Трансформаторы напряжения TYD-500. Методика по-	8 лет	Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ГИДРО» (ООО «ЭН+ГИДРО»), г. Иркутск ИНН 3812142445	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	25.09.2025

					42225992; 42225999; 42226000; 42226027; 42226023; 42226030; 42225995; 42225998; 42225997				верки»				
9.	Установки пикнометрические стационарные	СПУ	С	97382-26	1/25	Великолукский завод «Транснефтемаш» - филиал Акционерного общества «Транснефть - Верхняя Волга» (Великолукский завод «Транснефтемаш» - филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга»), г. Нижний Новгород ИНН 5260900725	Великолукский завод «Транснефтемаш» - филиал Акционерного общества «Транснефть - Верхняя Волга» (Великолукский завод «Транснефтемаш» - филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга»), г. Нижний Новгород ИНН 5260900725	ОС	МП 2302-0007-2025 «ГСИ. Установки пикнометрические стационарные СПУ. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Транснефть - Автоматизация и Метрология» (АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология»), г. Москва ИНН 7723107453	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	30.10.2025
10.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «ННК» (3-я	Обозначение отсутствует	Е	97383-26	зав. № 02/2025	Общество с ограниченной ответственностью «КС Энергосбыт» (ООО «КС Энергосбыт»), г. Москва ИНН 9731011766	Акционерное общество «Национальная нерудная компания» (АО «Национальная нерудная компания»), г. Москва ИНН 7716614075	ОС	МП ЭПР-805-2025 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электро-	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «КС Энергосбыт» (ООО «КС Энергосбыт»), г. Москва ИНН 9731011766	ООО «ЭнергоПромРесурс», Московская обл., г. Красногорск	22.09.2025

	очередь)								энергии (АИИС КУЭ) АО «ННК» (3-я очередь). Методика поверки»				
11.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «НЭСК» 4 очередь 2025	Обозначение отсутствует	Е	97384-26	254	Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (АО «НЭСК»), г. Краснодар ИНН 2308091759	Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (АО «НЭСК»), г. Краснодар ИНН 2308091759	ОС	МП ЭПР-806-2025 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «НЭСК» 4 очередь 2025. Методика поверки»	4 года	Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (АО «НЭСК»), г. Краснодар ИНН 2308091759	ООО «ЭнергоПромРесурс», Московская обл., г. Красногорск	26.09.2025
12.	Ротаметры	LZZW	С	97385-26	25081568, 25081573, 25081567	«CHANG-ZHOU SHUANGHUA N THERMO-TECHNICAL INSTRUMENT CO., LTD.», Китай	«CHANG-ZHOU SHUANGHUA N THERMO-TECHNICAL INSTRUMENT CO., LTD.», Китай	ОС	ГОСТ 8.122-99 «ГСИ. Ротаметры. Методика поверки»	4 года	«Mambo Technical Service Co., Ltd», Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	28.10.2025
13.	Ротаметры	DK800	С	97386-26	DK800-6 зав. № 5434, DK800-6F зав. № 5622	«CHANG-ZHOU SHUANGHUA N THERMO-TECHNICAL	«CHANG-ZHOU SHUANGHUA N THERMO-TECHNICAL	ОС	ГОСТ 8.122-99 «ГСИ. Ротаметры. Методика	4 года	«Mambo Technical Service Co., Ltd», Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	28.10.2025

						INSTRUMENT CO., LTD.», Китай	INSTRUMENT CO., LTD.», Китай		поверки»				
14.	Расходомеры вихревые	PIR-EX VTX	С	97387-26	45746pFL43; 45746pFL44; 45524pFL85	Общество с ограниченной ответственностью «ПИР-ЭКС» (ООО «ПИРЭКС»), г. Москва ИНН 9718262697	Общество с ограниченной ответственностью «ПИР-ЭКС» (ООО «ПИРЭКС»), г. Москва ИНН 9718262697	ОС	РТ-МП-1222-208-2025 «ГСИ. Расходомеры вихревые PIR-EX VTX. Методика поверки»	5 лет - при измерении объема расхода (объема) жидкости; 4 года - при измерении объема расхода (объема) газа	Общество с ограниченной ответственностью «ПИР-ЭКС» (ООО «ПИРЭКС»), г. Москва ИНН 9718262697	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	22.09.2025