

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «02» _____ февраля 2026 г. № ____167

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Интервал между поверками	Добавляемый изготовитель	Дата утверж- дения акта испытани- й	Заявитель	Юридичес- кое лицо, проводив- шее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1.	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункци- ональные	«МИРТЕК- 32-РУ»	МИРТЕК-32- РУ-SP37- A1R1-230-5- 100A-T- RF2400/6- MOD-P2-B-D- F3, № 0250989245671 (ООО «МИРТЕК», Ростовская область, г. Таганрог); МИРТЕК-32- РУ-D37- A0.5AR1-230- 5-100A-T- RS485-MOD- P2-B-D, , № 025098935317	65634-16	-	РТ-МП-902- 551-2024	-	РТ-МП-1020- 551-2025	10 лет - для кл. т. 0,2S; 0,5S; 16 лет - для кл. т. 0,5; 1	Общество с ограниченной ответствен- ностью «РИМ- РУС» (ООО «РИМ-РУС»), г. Рязань, Общество с ограниченной ответствен- ностью «МИРТЕК» (ООО «МИРТЕК»), г. Ставрополь	15.09. 2025	Общество с ограничен- ной ответствен- ностью «МИРТЕК» (ООО «МИРТЕК»), Ростовской обл., г. Таганрог	ФБУ НИЦ «ПМ - Ростест», г. Москва

[illegible]