

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «02» _____ февраля 2026 г. № 173

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Счетчики воды	КУБ	С	97595-26	СВХ-15-И с зав. № 25-0000008, СВУ-15 с зав. № 25-0000015, СВГ-15 с зав. № 25-0000010	Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» (ООО «Жилищник»), г. Москва ИНН 9715448196	Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» (ООО «Жилищник»), г. Москва ИНН 9715448196	ОС	ГОСТ Р 8.1012-2022 «ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки»	6 лет	Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» (ООО «Жилищник»), г. Москва ИНН 9715448196	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», г. Чехов, Московская обл.	18.06.2025
2.	Уровнемеры емкостные	САР-30XX	С	97596-26	мод. САР-3024-S-3-0-0-0-L(4000mm)-(water)-V7 с зав. № 20250905121, мод. САР-3022-S-3-0-0-0-L(1000mm)-(water)-V7, с зав. № 20250905122, мод. САР-3031-S-5-0-1-2-L(670mm)-(water)-V7 с зав. № 20250905015,	Hebei Capstar Ceramic Science And Technology Co.,Ltd, Китай	Hebei Capstar Ceramic Science And Technology Co.,Ltd, Китай	ОС	МП-890-2025 «Государственная система обеспечения единства измерений. Уровнемеры емкостные САР-30XX. Методика поверки»	1 год - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности	Hebei Capstar Ceramic Science And Technology Co.,Ltd, Китай	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», г. Чехов, Московская обл.	19.09.2025

					мод. CAP-3031-S-9-0-2-2-L(430mm)-(water)-V7 с зав. №20250905019				тодика поверки»	ной погрешности $\leq \pm 3$ мм; 5 лет - для уровней для измерений уровня сжиженных газов			
3.	Уровнемеры микроволновые контактные	EKOFLEX	C	97597-26	мод. 81 исп. EF81.7CBTF5HXA DXX с зав. № 20000314, мод. 86 исп. EF86.7ELTFPHX8 MXX с зав. № 20000003, мод. 81 исп. EF81.7CBTFFHXA DXX с зав. № 20000004	Общество с ограниченной ответственностью «Эко-СтройИнжиниринг» (ООО «ЭКСИ»), г. Уфа ИНН 0266043436	Общество с ограниченной ответственностью «Эко-СтройИнжиниринг» (ООО «ЭКСИ»), г. Уфа ИНН 0266043436	ОС	МП-674-2025 «ГСИ. Уровнемеры микроволновые контактные ЕКОFLEX. Методика поверки»	1 год - для уровней с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\leq \pm 3$ мм; 3 года - для уровней с пре-	Общество с ограниченной ответственностью «Эко-СтройИнжиниринг» (ООО «ЭКСИ»), г. Уфа ИНН 0266043436	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», г. Чехов, Московская обл.	13.06.2025

										дела- ми допус- кае- мой абсо- лют- ной по- греш- ности свыше ± 3 мм; 5 лет - для уровне- меров для изме- рений уровня сжи- жен- ных газов			
4.	Уровнемеры микроволно- вые бескон- тактные	ЕКОРУ LS	С	97598-26	мод. 64 исп. EP64.7EGFHWX ADXX с зав. № 20000313, мод. 6X исп. EP6X.7XBXXCHX ADXX с зав. № 20000002	Общество с ограниченной ответственно- стью «Эко- СтройИнжи- нилинг» (ООО «ЭкСИ»), г. Уфа ИНН 0266043436	Общество с ограниченной ответственно- стью «Эко- СтройИнжи- нилинг» (ООО «ЭкСИ»), г. Уфа ИНН 0266043436	ОС	МП-673- 2025 «ГСИ. Уровне- ры микро- волновые бескон- тактные ЕКОРУLS. Методика поверки»	1 год - для уровне- меров с пре- дела- ми допус- кае- мой абсо- лют- ной по- греш-	Общество с ограниченной ответственно- стью «Эко- СтройИнжи- нилинг» (ООО «ЭкСИ»), г. Уфа ИНН 0266043436	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метро- логия», г. Чехов, Мос- ковская обл.	28.11.2025

										ности ≤ ± 3 мм; 3 года - для уровне меров с пре- дела- ми допус- кае- мой абсо- лют- ной по- греш- ности свыше ± 3 мм; 5 лет - для уровне меров для изме- рений уровня сжи- жен- ных газов			
5.	Система из- мерений ко- личества и показателей качества нефти № 571 ПСП «Мед-	Обозна- чение отсут- ствует	Е	97599-26	50364	Акционерное общество «Томскнефть» Восточной нефтяной ком- пании (АО «Томскнефть»	Акционерное общество «Томскнефть» Восточной нефтяной ком- пании (АО «Томскнефть»	ОС	МП 480- 2025 «ГСИ. Система измерений количества и показате- лей каче-	1 год	Акционерное общество «Томскнефть» Восточной нефтяной ком- пании (АО «Томскнефть»	ФБУ «Том- ский ЦСМ», г. Томск	28.04.2025

	ведено»					ВНК), Томская обл., г. Стрежевой ИНН 7022000310	ВНК), Томская обл., г. Стрежевой ИНН 7022000310		ства нефти № 571 ПСП «Медведево». Методика поверки»		ВНК), Томская обл., г. Стрежевой ИНН 7022000310		
6.	Преобразователи давления	DMP305X	C	97600-26	Модификация DMP305X-TST-S403GHSP-F1R2-RC-H1-/E1, с сер. № 2024-05-14-001; модификация DMP305X-TST-S406SHSP-F1R2-NC-H1-/E1, с сер. № 2024-05-14-002; модификация DMP305X-TST-S403AHSP-F1R3-HA-H1-/I1, с сер. № 2024-05-14-003; модификация DMP305X-TST-S106AHDP-F1R3-RA-H1-/I1, с сер. № 2024-05-14-004; модификация DMP305X-TLF-L702GHDP-F1R2-RC-H1-/E1, с сер. № 2024-05-14-005; модификация DMP305X-TLF-L107SHDP-F1R2-NC-H1-/E1, с сер. № 2024-05-14-006; модификация DMP305X-DST-S602DHSP-F1R3-HA-H1-/I1, с сер. №	Shanghai LEEG Instruments CO., Ltd., Китай	Shanghai LEEG Instruments CO., Ltd., Китай	ОС	МП-807-2025 «ГСИ. Преобразователи давления DMP305X. Методика поверки»	3 года - для преобразователей с КТ от 0,1; 2 года - для преобразователей с КТ от 0,03 до 0,06	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЛ ИН ПРОМ» (ООО «ОЛЛ ИН ПРОМ»), г. Москва ИНН 9709115921	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	29.08.2025

					2024-05-14-007; модификация DMP305X-DST- S106DHSP-F1R3- RA-H1-/I1, с сер. № 2024-05-14-008; модификация DMP305X-DST- S305DHSP-F1R3- HA-H1-/I1, с сер. № 2024-05-14-009,								
7.	Системы анализа тер- модинамиче- ских свойств	Fluid- Eval	C	97601-26	модель Standard зав. №320736-6627	Фирма «VINCI Technologies», Франция	Фирма «VINCI Technologies», Франция	ОС	МП 113- 251-2022 «ГСИ. Си- стемы ана- лиза тер- модинами- ческих свойств Fluid-Eval. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «ЭПАК- Сервис» (АО «ЭПАК- Сервис»), г. Омск ИНН 5501055049	УНИИМ - фи- лиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделе- ева», г. Екате- ринбург	06.10.2025
8.	Система ав- томатизиро- ванная ин- формацион- но- измеритель- ная коммер- ческого уче- та электро- энергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Быстринская	Обозна- чение отсут- ствует	E	97602-26	ЭСТ.017	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компа- ния - Россети» (ПАО «Россе- ти»), г. Москва ИНН 4716016979	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компа- ния - Россети» (ПАО «Россе- ти»), г. Москва ИНН 4716016979	ОС	ЭСТ-МП- 017-2025 «ГСИ. Си- стема ав- томатизи- рованная ин- формаци- онно- измери- тельная коммерче- ского учета электро- энергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Быстрин- ская. Ме-	4 года	Общество с ограниченной ответственно- стью «Энерго- техлаб» (ООО «Энерго- техлаб»), г. Чебоксары ИНН 2130228521	ООО «Энерго- стандарт», г. Хабаровск	07.10.2025

									тодика по- верки»				
9.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «Барнаул-ЭнергоСбыт» (4-я очередь)	Обозначение отсутствует	Е	97603-26	001	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»), г. Владимир ИНН 3329074523	Общество с ограниченной ответственностью «Барнаул-ЭнергоСбыт» (ООО «Барнаул-ЭнергоСбыт»), г. Барнаул ИНН 2221070070	ОС	МП 19-2025 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «Барнаул-ЭнергоСбыт» (4-я очередь). Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»), г. Владимир ИНН 3329074523	ООО «АСЭ», г. Владимир	18.08.2025
10.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ПАО «Ростелеком» (1-я очередь)	Обозначение отсутствует	Е	97604-26	001	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»), г. Владимир ИНН 3329074523	Общество с ограниченной ответственностью «РТК Энергосбыт» (ООО «РТК Энергосбыт»), г. Москва ИНН 9728002634	ОС	МП 20-2025 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ПАО «Ростелеком» (1-я очередь).	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»), г. Владимир ИНН 3329074523	ООО «АСЭ», г. Владимир	28.08.2025

									Методика поверки»				
11.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Брянский автомобильный завод»	Обозначение отсутствует	Е	97605-26	02/2025	Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ ЭНЕРГО» (ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»), г. Пенза ИНН 7709782777	Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ ЭНЕРГО» (ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»), г. Пенза ИНН 7709782777	ОС	МП ЭПР-818-2025 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Брянский автомобильный завод». Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Агентство энергетических решений» (ООО «АЭР»), г. Москва ИНН 7722771911	ООО «ЭнергоПромРесурс», Московская обл., г. Красногорск	07.11.2025
12.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Правдинская	Обозначение отсутствует	Е	97606-26	ЭСТ.018	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва ИНН 4716016979	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва ИНН 4716016979	ОС	ЭСТ-МП-018-2025 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехлаб» (ООО «Энерготехлаб»), г. Чебоксары ИНН 2130228521	ООО «Энергостандарт», г. Хабаровск	05.11.2025

									Правдин- ская. Ме- тодика по- верки»				
13.	Измерители- регуляторы температуры	SWP- GFS831	C	97607-26	Зав. №№ 250432V2906-3, 250432V2906-2, 250432V2906-1	FUZHOU CHARM FAITH AUTO- SYSTEM CO., LTD., Китай	FUZHOU CHARM FAITH AU- TOSYSTEM CO., LTD., Китай	OC	РТ-МП- 1465-207- 2025 «ГСИ. Измерите- ли- регуляторы температу- ры SWP- GFS831. Методика поверки»	5 лет	SHANGHAI OUCER CERTI- FICATION GROUP CO., LTD, Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	04.12.2025
14.	Термопреоб- разователи сопротивле- ния	WZPDA 2*10*25 0-6G	E	97608-26	зав. №№ 3913568, 3913569, 3913570, 3913571, 3913572, 3913573, 3913574, 3913575, 3913576, 3913577, 3913578, 3913579, 3913580, 3913581, 3913582, 3913583, 3913584, 3913585, 3913586, 3913587, 3913588, 3913589, 3913590, 3913591, 3913592, 3913593, 3913594, 3913595, 3913596, 3913597, 3913598, 3913599, 3913600, 3913601, 3913602, 3913603, 3913604, 3913605, 3913606, 3913607, 3913608, 3913609, 3913610, 3913611, 3913612, 3913613, 3913614, 3913615, 3913616, 3913617, 3913618,	Фирма XIYI Co., Ltd., Китай	Фирма XIYI Co., Ltd., Китай	OC	РТ-МП- 1713-207- 2025 «ГСИ. Термопре- образова- тели со- противле- ния WZPDA2* 10*250-6G. Методика поверки»	2 года	Общество с ограниченной ответственно- стью «НОРД СЕРВИС» (ООО «НОРД СЕРВИС»), г. Москва ИНН 7725739948	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	31.10.2025

					3913619, 3913620, 3913621, 3913622, 3913623, 3913624, 3913625, 3913626, 3913627, 3913628, 3913629, 3913630, 3913631, 3913632, 3913633, 3913634, 3913635, 3913636, 3913637, 3913638, 3913639								
15.	Датчики температуры	TR36-ZZZZ-TT	Е	97609-26	зав. №№ 8802W67D, 8802W67B, 8803VCEA, 8803VCE9, 88042CX9, 8803QKTR, 8803QKTS, 88042CX8, 8803ZJOR, 8803ZJOS, 8802W671, 8803ZJOQ, 8803ZJOT, 8803ZJOO, 8803ZJOP, 8803ZJOU, 8803Z9N9, 8803Z9NA, 8803ZJOY, 8803ZJOX	Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия (производственная площадка: WIKA Automation Instrument Suzhou Co., Ltd., Китай)	Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия	ОС	РТ-МП-1673-207-2025 «ГСИ. Датчики температуры TR36-ZZZZ-TT. Методика поверки»	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «НОРД СЕРВИС» (ООО «НОРД СЕРВИС»), г. Москва ИНН 7725739948	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	31.10.2025