

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 06 » _____ марта 2026 г. № 401

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервале между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Гигрометры психрометрические	ВИТ	93100-24	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Термоспектр» (ООО НПП «Термоспектр»), г. Екатеринбург	2 года	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Термоспектр» (ООО НПП «Термоспектр»), г. Екатеринбург	ОАО «Медтехника», г. Волгоград