

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «20» _____ марта 2026 г. № 525

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Добавляемый изготовитель	Интервал между поверками	Дата утверж- дения акта испыта- ний	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Датчики давления	ТП	Модификация ТП-ДИП зав. № 2510008, модификация ТП-ДДП зав. № 2510009	95592-25	Общество с ограничен- ной ответствен- ностью «Тюмень Прибор» (ООО «Тюмень Прибор»)), Тюменская обл., п. Боровский	ВЯ.31.1100291 .00 МП	-	ВЯ.31.1100291 .00 МП с изменением № 1	-	3 года для датчиков класса точности 0,075; 0,1 и 5 лет для датчиков классов точности 0,15; 0,25; 0,5; 1,0	26.11. 2025	Общество с ограниченной ответствен- ностью «Тюмень Прибор» (ООО «Тюмень Прибор»)), Тюменская обл., п. Боровский	ФБУ «Тюменский ЦСМ», г. Тюмень